



**FORNITURA DI KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE
CRUENTA DA DESTINARE ALLE UU.OO DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITÀ ANNUA UNITÀ'
	KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE CRUENTA COMPOSTO DA: singolo trasduttore trasparente con doppio rubinetto a 3 vie per lo zero integrato nel trasduttore nel traduttore per evitare sconnessioni accidentali. Possibilità test dell'onda quadra, deflussore di collegamento con la sacca di infusione, linee manometriche trasparenti di lunghezza cm 120 e cm 30. Rubinetto a 3 vie per prelievi di sangue, attacchi Luer Lock. Dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h. L'aggiudicatario dovrà fornire placche reggitrasduttori e cavo di interfaccia unico a doppia uscita a uso gratuito.	C019004	N. 1000 KIT
	KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE CRUENTA COMPOSTO DA: doppio trasduttore trasparente con doppio rubinetto a 3 vie per lo zero integrato nel trasduttore nel traduttore per evitare sconnessioni accidentali. Possibilità test dell'onda quadra, deflussore di collegamento con la sacca di infusione, linee manometriche trasparenti di lunghezza cm 120 e cm 30. Rubinetto a 3 vie per prelievi di sangue, attacchi Luer Lock. Dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h. L'aggiudicatario dovrà fornire placche reggitrasduttori e cavo di interfaccia unico a doppia uscita a uso gratuito.	C019004	N. 1000 KIT



	KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE CRUENTA COMPOSTO DA: <u>Triplo trasduttore</u> trasparente con doppio rubinetto a 3 vie per lo zero integrato nel trasduttore nel traduttore per evitare sconnessioni accidentali. Possibilità test dell'onda quadra, deflussore di collegamento con la sacca di infusione, linee manometriche trasparenti di lunghezza cm 120 e cm 30. Rubinetto a 3 vie per prelievi di sangue, attacchi Luer Lock. Dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h. L'aggiudicatario dovrà fornire placche reggitrasduttori e cavo di interfaccia unico a doppia uscita a uso gratuito.	C019004	N. 1000 KIT	
CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".				
Durata della fornitura	12 (dodici) mesi.			
Campionatura	SI RICHIEDE LA CAMPIONATURA DI 1 KIT PRIMA DELL'ACQUISTO PER LA VALUTAZIONE, TALE CAMPIONATURA NON SARA' RESTITUITA.			