

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S. G. Moscati di Avellino****Acquisto mediante formula di noleggio di aspiratori di liquidi biologici****(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste**

N. 23 aspiratori a circuito chiuso per grandi volumi di liquidi biologici con le seguenti caratteristiche:

- Aspiratore di liquidi biologici a circuito chiuso nuovo di fabbrica;
- Realizzato in materiale robusto e dotato di maniglione incorporato per agevolare il trasporto;
- Pannello di comando a controllo digitale con monitor Touch Screen a colori da almeno 10 pollici;
- Interruttore per le funzioni di accensione/spegnimento dell'aspiratore;
- Utilizzabile sia per sale operatorie che per reparti di degenza;
- Aspirazione in modo continuativo ed intermittente;
- Velocità d'aspirazione selezionabile;
- Velocità pompa di aspirazione con elevata capacità nominale;
- Velocità pompa di scarico con elevata capacità nominale;
- Indicatore progressivo grafico e numerico sul display della qualità di liquido aspirato;
- Serbatoio con elevata capacità;
- Allarme di quasi pieno;
- Auto-disinfezione del serbatoio e dei circuiti interni in modo automatico ed a circuito chiuso;
- Disinfezione in tempo reale e automatica del liquido organico/biologico aspirato, in caso di paziente infetto;
- Segnalazione da parte del sistema dell'avvenuto ciclo di auto-disinfezione dell'apparecchio;
- Auto-disinfezione del serbatoio e dei circuiti interni in modo automatico ed a circuito chiuso (assenza di ogni forma di contatto da parte dell'operatore prima, durante e dopo l'immissione del disinfettante nel sistema);
- Segnalazione da parte del sistema dell'avvenuto ciclo di auto-disinfezione dell'apparecchio;
- Disinfezione in tempo reale e automatica del liquido organico/biologico aspirato, in caso di paziente infetto;
- Gestione elettronica del tempo di contatto del disinfettante durante la disinfezione del liquido aspirato con paziente infetto;
- Gestione computerizzata del tempo di contatto del disinfettante durante la disinfezione del liquido aspirato;
- Disinfettanti raccolti in contenitori sigillati ermeticamente. Il sistema stesso dovrà provvedere automaticamente all'utilizzo degli stessi;
- Scarico d'emergenza nella funzione disinfezione liquido aspirato;
- Autonomia delle batterie minimo di 8 ore di lavoro effettivo;
- Ricarica della batteria automatica;
- Autonomia di funzionamento delle batterie in continuo fino a 6 ore;
- Tubo di carico acqua e raccordo dell'apparecchiatura per l'acqua dotati di valvola di stop anti-allagamento;
- Tubo di scarico rimovibile e dotato di valvola di sicurezza anti-splashing;
- Sistema che preveda lo Scarico dei liquidi biologici mediante workstation in acciaio a parete o qualsiasi soluzione equivalente tale da consentire il collegamento diretto alle utenze idrico-fognarie al fine di evitare qualsiasi contatto/esposizione dell'operatore con i fluidi;
- Aggiornamento Software tramite USB/Wi-Fi
- Pulsante di arresto di emergenza per il blocco di tutte le funzioni.

Il materiale monouso richiesto per un fabbisogno quinquennale è di:

- N. 10000 Kit monouso sigillato composto da: cartuccia monodose disinfettante, filtro e tubo di aspirazione;
- N. 1000 Sistemi disinfettanti dedicati per la disinfezione dei liquidi biologici contaminati presenti nel serbatoio.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali

- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili

1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
2. Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
3. La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema.
4. Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.