



**FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DA DESTINARE ALLA
U.O.C. ORTOPEDIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

**LOTTO 1 - CHIRURGIA PROTESICA -
IMPORTO BASE ASTA, IVA ESCLUSA € 45.000,00**

TIPOLOGIA	NOME	LUNGHEZZA	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Pinza	Ulrich	22Cm	Punte curve Dentate	N° 4
Pinza	Gross	20cm	Punte rette	N° 8
Pinza	Chirurgica	16cm	Punte con denti 2x3 rette da 3,3mm	N° 10
Pinza	Adson	12,5cm	Punte rette da 1,5mm	N° 6
Pinza	Fissateli Bernhard	16cm		N° 6
Pinza	Fissateli Bernhard	18cm		N° 6
Pinza	Fissateli Bernhard	11 cm		N° 2
Pinza	Emostatica Heiss	21cm	Punta angolata	N° 6
Pinza	Emostatica Crile	16cm	Punta curva	N° 6
Pinza	Emostatica Pean	26cm	Punta retta	N° 2
Pinza	Per dissezione O Shaughnessy	23cm	Punta angolata	N°4
Pinza	Per tessuti molli	25cm	Morso 16x8mm	N°2
Pinza	Bircher	20cm	Per cartilagine	N°2
Pinza	punterolo	Cm 14	Retto a T	N°2
Pinza	Emostatica Pean	24cm	Morso retto	N°2
Pinza	Emostatica Rochester Pean	18cm	Morso retto	N°10
Pinza	Emostatica Rochester Pean	18cm	Morso curvo	N°10
Pinza	Emostatica Kocher Ochnser	20cm	Morso denti 1x2 retto	N°10
Pinza	emostatica Kocher Ochnser	20cm	Morso denti 1x2 curvo	N°10
Pinza	Faure	20cm	Morso curvo denti	N°2
Pinza	Parallela	18cm	Retta	N°4
Pinza	Stille -Luer	22cm	Morso retto	N°4
Pinza	Stlee -Luer	22cm	Morso curvo	N°4
Portaghi	Hegar	15cm	Morso grande in TC	N°12



Portaghi	Hegar	20cm	Morso grande in TC	N°12
Sonda	scanalata	15cm	Retta	N°4
Sonda	scanalata	15cm	Doyen punta angolata	N°4
Divaricatori	Mathieu	19cm	coppia	N°10
Divaricatori	Farabeuf	13cm	coppia	N°10
Divaricatori	Kocher Langenbeck	21cm	25x6mm	N°2
Divaricatori	Kocher Langenbeck	21cm	80x12mm	N°6
Divaricatori	Mannerfelt Mod	15cm	Morso 25x6mm	N°2
Divaricatori	Ad uncino	20cm	smusso	N°2
Divaricatori	Charnley senza peso		Lame da 38mm e 75mm	N°2 set
Manico	Porta Bisturi	21cm	Retto	N°2
Forbici	Mayo	20cm	Lame curve in Titanit	N°6
Forbici	Mayo stille	17cm	Lame rette in Titanit	N°4
Forbici	Cooper	16cm	Lame curve in Titanit	N°4
Forbici	Mayo	20cm	Lame rette Power TC	N°6
Dissettore	In Titanio	22cm	Punta 3mm leggermente curva	N°2
scollaperiosto	Lambotte	21cm	Punta da 15mm	N°4
Tronchesi	Per fili	23cm	In titanit lama angolata	N°4
Coppette		Diametro 90mm		N°4
Coppette		Diametro 100mm		N°4
Impattatore		28cm	Punta retta da 19x7mm	N°2
Impattatore		20cm	Punta retta da 17x7mm	N°2
Sgorbia	Dahmen	30cm	Punta retta da 12mm	N°2
Osteotomi	Minilexer	18cm	Punta retta da 10mm	N°2
Osteotomi	Dahmen	18cm	Punta retta da 12mm	N°2
Osteotomi	Dahmen	18cm	Punta retta da 20mm	N°2
Osteotomi	Dahmen	18cm	Punta retta da 25mm	N°2
Osteotomi	Lexer	28cm	Punta angolata da 15mm	N°2
Osteotomi	Lexer	22cm	Punta retta da 15mm	N°2
Osteotomi	dahmen	30cm	Punta angolata da 15mm	N°2
Estrattore	Per testa femorale	27cm	Manico a T	N°2
Leve	Hohmann	28cm	33mm	N°2
Leve	Hodmann	26cm	25mm	N°4



Leve		22cm	12mm	N°2
Leve	Hohmann	24cm	12mm	N°2
Leve	Hohmann	24cm	44mm	N°2
Martelli	Ombredane	24cm	550gr	N°4
Martelli		24cm	700gr	N°4
Spatola	Ribbon	33cm	40mm	N°2
Curette		28cm	Punta dentata da 15mm	N°2
Curette		29cm	Morso retto da 7mm	N°2
Curette		29cm	Morso retto da 11mm	N°4
Curette		31cm	Morso angolato da 5mm	N°4

**LOTTO 2 - CHIRURGIA PROTESICA ANCA E GINOCCHIO –
IMPORTO BASE ASTA, IVA ESCLUSA € 10.000,00**

TIPOLOGIA	NOME	LUNGHEZZA	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Estrattore /impattatore	Interamente in metallo			N°4
Impattatore per osso	Interamente in metallo			N°2
Impattatore per osso	Interamente in metallo			N°2
Retrattore doppio angolo	acciaio	15mm		N°4
Retrattore per dislocazione		26,5mm		N°2
Retrattore con blocco smusso	acciaio	24mm		N°2
Retrattore per Tessuti	acciaio	22mm		N°2
Leva con spalla	acciaio	18mm		N°4
Retrattore a Punta	Acciaio	8mm		N°2

**LOTTO 3 - ALESATORI –
IMPORTO BASE ASTA, IVA ESCLUSA € 20.000,00**

TIPOLOGIA	NOME	LUNGHEZZA	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Alesatori	Flessibili Endo midollari	Frese da 6mm a 9,5mm	Con incremento di 0,5mm. La testa e albero monoblocco devono essere pezzo unico e non divisibile con attacco esagonale e punta 4 spire con cannulazione di mm3	N°2 serie Tot n°42



CPV - 33169000-2 - Strumenti chirurgici

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Le caratteristiche qualitative dello strumentario chirurgico dovranno rispettare le specifiche norme tecniche e dovranno riportare il marchio CE di conformità alla Direttiva 93/42CEE.
- Gli acciai inossidabili utilizzati per la produzione dello strumentario dovranno essere conformi alle norme EN10088 part 1-3 EN ISO 7153-1.
- Lo strumentario dovrà essere prodotto in acciaio medico 420 e titanio di qualità superiore antimagnetico ed anticorrosione.
- Gli strumenti dovranno essere corredati da una scheda tecnica e dichiarazione di dove avviene la produzione.
- Lo strumentario chirurgico dovrà essere correlato delle informazioni aggiornate sul trattamento e la manutenzione dello strumentario secondo le norme EN ISO 17664 in lingua italiana.
- Lo strumentario chirurgico dovrà avere satinatura antiriflesso
- Lega in acciaio inox con i seguenti contenuti di carbonio e cromo: Retrattori: C. 2% Cr. 13%. Rongeurs: C.4%.Cr 13%
- Assenza di cromatura superficiale
- Temperatura in grado di garantire la superficie liscia ed omogenea
- Assistenza per riparazioni o sostituzione in caso di difetti dello strumento
- Manutenzione dello strumentario

CAMPIONATURA

E' richiesta campionatura, **a titolo gratuito e a spese e rischio della ditta**, in numero di **1 pezzo** per ogni riferimento di cui alla tabella sottostante, da inviare, entro il termine di scadenza della presente iniziativa, al seguente indirizzo:

•AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO - C.da Amoretta 83100 Avellino (AV) Palazzina Amministrativa "Costantino Mazzeo" - II piano - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.

La campionatura richiesta dovrà essere inserita in un plico con indicato esternamente:
⇒ DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFERENTE;



⇒ LA SEGUENTE DITURA: “AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE - FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DA DESTINARE ALLA U.O.C. ORTOPEDIA DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI – P.O. LANDOLFI”

⇒ IL NUMERO DI LOTTO DI RIFERIMENTO

TABELLA CAMPIONATURA				
TIPOLOGIA	NOME	LUNGHEZZA	CARATTERISTICHE	PEZZI
		LOTTO 1		
Martello	Obredane	550gr		N° 1
Impattatore		28cm	Punta retta da 19x7mm	N° 1
Osteotomo	Lexer	28cm	Punta angolata da 15mm	N° 1
		LOTTO 2		
Retratore	Doppio angolo	15mm	Acciaio	N° 1
Retratore	Con becco smusso	24mm	Acciaio	N° 1
Retratore	Per tessuti	22mm	Acciaio	N° 1
Leva	Con spalla	18mm	Acciaio	N° 1
		LOTTO 3		
Alesatore	Flessibile endomidollare		Testa -albero monoblocco non divisibile attacco esagonale e punta 4 spire con cannulazione di 3mm	N° 1