



AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI KIT/AGO ENDOBRONCHIALE PER ENDOSCOPIA DA DESTINARE ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE, QUALE FABBISOGNO ANNUALE, L'ACQUISTO DI:

- **N. 150 KIT/AGO PER BIOPSIA DA UTILIZZARSI CON ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA (CND A01020102)**

IL KIT DEVE CONTENERE:

- AGO PER BIOPSIA AD ALTA DEFINIZIONE PER ECO BRONCOSCOPIA ECHOTIP ULTRA EBUS, CALIBRO 22 G COMPATIBILE CON ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U
- SIRINGA
- RUBINETTO A TRE VIE

- SI CHIEDE ESPRESSA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ' CON APPARECCHIO ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U

E' RICHIESTA CAMPIONATURA CHE NON VERRA' RESTITUITA.

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".