



FORNITURA DI KIT/AGO ENDOBRONCHIALE PER ENDOSCOPIA DA DESTINARE ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO – AFFIDAMENTO DIRETTO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE, QUALE FABBISOGNO ANNUALE, L'ACQUISTO DI:

- **N. 150 KIT/AGO PER BIOPSIA DA UTILIZZARSI CON ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA (CND A01020102)**

IL KIT DEVE CONTENERE:

- AGO PER BIOPSIA AD ALTA DEFINIZIONE PER ECO BRONCOSCOPIA ECHOTIP ULTRA EBUS, CALIBRO 22 G COMPATIBILE CON ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U
- SIRINGA
- RUBINETTO A TRE VIE

SI CHIEDE ESPRESSA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' CON APPARECCHIO ECO-BRONCOSCOPIO PENTAX MODELLO EB19-J 10 U