



**FORNITURA ANNUALE DI PROVETTE SOTTOVUOTO PER ESAMI NAT
DA DESTINARE AL SIMT DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

Si richiede l'acquisto di:

- N. **40.000** provette sottovuoto altezza 100 mm, diametro 13 mm, volume 6 ml anticoagulante K2 EDTA, senza gel (CND W050101);
- N. **40.000** provette sottovuoto altezza 100 mm, diametro 13 mm, volume 5 ml anticoagulante K2 EDTA, con gel separatore (CND W050101)

I Dispositivi medici diagnostici in vitro richiesti hanno indicazione d'uso per il prelievo ematico e si rendono necessarie per esami N.A.T. (Nucleic Acid Test, è un insieme di tecniche di biologia molecolare per moltiplicare frammenti di materiale genetico quale DNA o RNA).

FABBISOGNO ANNUALE.