




SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ



CAPITOLATO D'APPALTO

Richiesta preventivo con il criterio del minor prezzo per l'affidamento del servizio di verifiche periodiche presso i locali/Gabbia di Faraday a servizio di n.3 Risonanze Magnetiche nei plessi dell'A.O.R.N. Moscati di c.da Amoretta e P.O. Landolfi di Solofra

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifiche periodiche dei locali e di alcune apparecchiature in essi contenute presso i locali/Gabbia di Faraday a servizio di n.3 Risonanze Magnetiche nei plessi dell'A.O.R.N. Moscati di c.da Amoretta e P.O. Landolfi di Solofra, come di seguito specificato. La durata dell'appalto è per un periodo di 36 mesi (€ 22.500,00), con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 6mesi (€ 3.750,00), ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. 36/2023.

I sistemi sono da intendersi nella loro effettiva configurazione completa, come meglio dettagliato di seguito:

Caratteristiche e ubicazione delle RMN

RMN installate presso Azienda Ospedaliera c.da Amoretta:

- n.1 risonanza marca Siemens Healthineers mod. Magnetom Vida 3tesla (radiologia piano 1);
- n.1 risonanza marca Siemens Healthineers mod. Magnetom AERA 1,5tesla (radiologia piano 1);

RMN installata presso P.O. Landolfi di Solofra:

- n.1 risonanza marca Siemens Healthineers mod. Magnetom Sola 1,5tesla (radiologia piano terra).

Art. 2 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Aggiudicataria, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna a espletare il servizio di controlli e verifiche allo scopo di mantenere in condizioni di efficienza i locali e le apparecchiature oggetto dell'appalto;

Il servizio dovrà essere espletato in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:30, nei giorni feriali, concordato almeno 10 giorni prima.

Tutte le operazioni di controlli/verifiche di cui al successivo art. 3 e dovranno essere svolte nell'orario sopra indicato e comunque la riconsegna dei locali e dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro l'orario di cui sopra e alla presenza del personale del Servizio utilizzatore.

Per l'ultimazione delle verifiche, se necessario, l'Aggiudicatario potrà, previa autorizzazione, estendere l'orario di lavoro oltre ai limiti sopraindicati, fermo restando gli obblighi relativi alla riconsegna.

Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte dell'Aggiudicatario di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell'Azienda Ospedaliera.

Per la effettuazione delle attività di controllo e verifica, l'aggiudicatario provvederà a inviare al Servizio di Ingegneria Clinica (mail: ingegneria.clinica@aornmoscati.it).

La ditta per l'esecuzione del servizio:

I tecnici della Ditta Aggiudicataria dovranno contattare il personale del Servizio di Ingegneria Clinica per concordare con il reparto data e orario dei controlli e dovranno essere coadiuvati da un responsabile o suo delegato del servizio nella fase di verifica.

Al termine di ciascun intervento di verifica e controllo i tecnici della ditta dovranno fare firmare il rapporto tecnico (registro di verifica) al personale del Servizio di Ingegneria Clinica e dal reparto utilizzatore e inviarlo all'indirizzo email ingegneria.clinica@aornmoscati.it.

Il registro di verifica dovrà contenere:

- tutti i dati necessari all'individuazione univoca del locale interessato, dei componenti e/o dell'apparecchiatura;
 - la data di esecuzione dell'attività;
 - la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
 - la firma dell'utilizzatore e/o del personale del servizio di ingegneria clinica;
- e le seguenti ulteriori informazioni, dettagliate in modo chiaro e particolareggiato, in funzione del tipo di attività:
- dati dello strumento di verifica, indicazione esplicita dell'esito della verifica con l'indicazione dei valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme.
 - Taratura e calibrazione: identificazione dello strumento di misura (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);

Nell'eventualità che l'esito fosse negativo, la Ditta dovrà (quando possibile) eliminare la causa di non conformità e comunque avvisare l'Ingegneria Clinica.

Eventuali attività, non incluse nel servizio di assistenza tecnica, saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate in anticipo dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Art. 3 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

La Ditta aggiudicataria, dovrà effettuare interventi di controllo e verifica secondo modalità e frequenza come di seguito indicate:

Tipo di verifica	Periodicità della verifica
Controllo porta e/o sostituzione finger con relative misure di attenuazione	annuale
Verifica volumi aria/ora in condizioni normali ed in emergenza	semestrale
Verifica parametri ambientali (temperatura e umidità)	semestrali
Verifica dei sensori di ossigeno con test di tutte le soglie di allarme impostate e regolare sostituzione della "pastiglia" almeno una volta l'anno, con relativa taratura (<i>comprensiva di sostituzione del sensore quando necessario</i>)	semestrale
Ispezione del condotto del quench e dei sistemi di sicurezza ed esso connessi	annuale

Il calendario delle singole visite di verifica dovrà essere concordato con gli utilizzatori e comunicato con congruo anticipo al Servizio di Ingegneria Clinica e al Reparto utilizzatore.

Alla scadenza di ogni anno la ditta appaltatrice dovrà consegnare il registro delle verifiche effettuate al Servizio di Ingegneria Clinica.

Art. 4 - PARTI DI RICAMBIO

La Ditta si impegna ad utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali e “a nuovo”. Le parti di ricambio, quando necessario, dovranno essere autorizzate dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Art. 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 a cui competerà l'esercizio delle funzioni di controllo sulla regolare esecuzione del contratto e sul rispetto delle sue prescrizioni. Le eventuali inadempienze riscontrate saranno oggetto di segnalazione scritta da parte del DEC alla Ditta, la quale, entro il termine di 10 giorni lavorativi, potrà esibire eventuali controdeduzioni che potranno poi essere oggetto di eventuale ulteriore valutazione in contraddittorio. Allo scopo, all'avvio del contratto, la Ditta provvederà a indicare un proprio direttore tecnico di riferimento.

Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO

Il rapporto regolato con il presente atto avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di ripetizione per ulteriori 6 mesi, a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 7 - RISPONDEZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e d'antifortunistica.

L'Azienda Ospedaliera si impegna, nei termini e modi prescritti, ad informare l'Aggiudicatario sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e d'emergenza adottate in relazione alla propria attività. In fase di predisposizione del proprio piano di sicurezza la Ditta dovrà tenere in debita considerazione tali informazioni.

Art. 8 - SICUREZZA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – RISCHI DA INTERFERENZE.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. In tal senso l'impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione individuate e contenute nell' "Informativa sull'organizzazione aziendale e sui rischi lavorativi specifici" e nei suoi allegati (Allegati sicurezza) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera (degenti, utenti, visitatori).

In tal senso, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, la propria Valutazione dei Rischi relativi all'attività di manutenzione che verrà svolta presso le strutture della stessa Azienda.

Art. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui i locali e le apparecchiature di cui si richiede le verifiche, nel corso dell'appalto, fossero dichiarate inutilizzabili o comunque messe fuori servizio, verrà corrisposto all'Appaltatore un importo relativo ai soli mesi in cui il servizio sarà stato effettivamente svolto, detraendo dal corrispettivo, a far tempo dalla prima rata successiva, le quote corrispondenti al periodo in cui le prestazioni saranno interrotte.

Il R.U.P.
F.to Ing. Sergio Casarella