



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 52 del 24/01/2024

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO SU RISONANZA MAGNETICA MODELLO MAGNETOM VIDA COSTRUTTORE SIEMENS INV. 80009746 s/n. 1055339926-176703 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA DELL'A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO – AGGIUDICAZIONE DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 94892,31 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:94892,31 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora



IL DIRETTORE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



PREMESSO

-che la U.O.C. di Radiologia ha richiesto intervento tecnico (int2303513) su Risonanza Magnetica modello Magnetom Vida costruttore Siemens inv. 80009746 a causa di danno accidentale;

-che la RM Magnetom Vida, collaudata il 26/04/2023, risulta coperta da garanzia fino al 25/04/2024 con la società Siemens Healthcare S.r.l. costruttore, nonché manutentore del sistema in parola;

- che il guasto dell'apparecchiatura, essendo di tipo accidentale, non rientra nelle condizioni di garanzia;

-che la U.O. Ingegneria Clinica ha autorizzato, con Determina n. 1044 del 22/12/2023, intervento tecnico in urgenza alla società Siemens Healthcare S.r.l. per un primo intervento inerente l'abbassamento del campo magnetico e la messa in sicurezza del sistema RM;

ATTESTATA la conclusione dell'intervento tecnico sopra descritto da parte del manutentore specializzato Siemens Healthcare S.r.l.; lo stesso ha predisposto opportuno preventivo n.195097612 del 21/12/2023, al fine di garantire il ripristino funzionale del sistema RM

VISTA l'offerta n.195097612 del 21/12/2023, pari ad € 77.780,58 oltre IVA, pervenuta dalla società specializzata Siemens Healthcare S.r.l. relativa al riempimento di 750 litri di elio liquido e sostituzione della Cover danneggiata

VALUTATA la necessità di riprendere le normali attività sanitarie e quindi lo scorrimento delle liste d'attesa legate all'utilizzo della Risonanza Magnetica, lo scrivente Servizio ritiene opportuno approvare l'offerta n.195097612 del 21/12/2023 pari a € 77.780,58 oltre IVA, formulata dal costruttore Siemens Healthcare S.r.l..

DICHIARATO

-che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;

-che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-Il Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA



Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI APPROVARE l'offerta n.195097612 del 21/12/2023 pari a € 77.780,58 oltre IVA pervenuta dall'operatore economico Siemens Healthcare S.r.l. ed affidare l'intervento di manutenzione per il ripristino funzionale della Risonanza Magnetica 3T marca Siemens mod. VIDA inv. 80009746 s/n. 1055339926-176703

DI DARE ATTO

- che la spesa complessiva ammonta ad **€ 94.892,31** Iva compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

DI NOMINARE

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Radiologia Dott. Lanfanco Musto;
- Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica Ing. Riccardo Fiore;

DI DARE MANDATO

Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e alla liquidazione delle fatture ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC TECNICO PATRIMONIO;

Allegati alla presente:

**offerta siemens (Nome File: Offerta_Siemens.pdf - Impronta:
2f7ac0066aaf134525a8d4b99a023cc1bb872e0f2c2ade2f615646e21c37c20b);**

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIO - [Casarella Sergio]

