



Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 290 del 25/03/2024**

**Provvedimento con Esecutività:**

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

**OGGETTO**

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO SU VIDEOBRONCOSCOPIO INV.80001946 COSTRUTTORE HOYA CORPORATION MOD. EB19-J10 MATR. N121290 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. BRONCOPNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO – AGGIUDICAZIONE DITTA PENTAX ITALIA S.R.L. – CIG B0D9FF07EF

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE**

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 4521,93 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:4521,93 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO**

**Andrea Tortora**



## IL DIRETTORE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



## **PREMESSO**

-che la U.O.C. Pneumologia ha richiesto intervento tecnico di manutenzione (int 2303423) per il ripristino del videobroncoscopio costruttore hoya corporation modello Eb19-j10 s.n. n121290 inv. 80001946, per mancato superamento del test di tenuta;

-che il videobroncoscopio in argomento è in contratto di noleggio con la società Pentax Italia s.r.l. come da delibera n.144 del 29/01/2021,

-che in fase di analisi del guasto da parte della ditta Pentax, è stata riscontrata un'infiltrazione sulla scheda e gruppo multipoli e che tale tipo di danno non rientra nell'ambito del contratto di noleggio in essere,

-che il servizio di manutenzione de quo rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 5 del 18/01/2024;

## **VALUTATA**

-l'esigenza espressa dalla U.O.C. Pneumologia e che da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

## **RITENUTO**

-di dover garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie di reparto, la U.O. Ingegneria Clinica ha richiesto opportuna offerta economica per il ripristino del device su menzionato alla società PENTAX ITALIA S.R.L. in quanto detentrica del contratto di noleggio sul VIDEOBRONCSCOPIO INV.80001946 COSTRUTTORE HOYA CORPORATION MOD. EB19-J10 MATR.N121290 in dotazione alla U.O.C. Pneumologia;

**PRESO ATTO** dell'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico Pentax Italia s.r.l. n.5240024538 del 28/12/2023 pari ad € 3706,50 oltre iva,

## **CONSIDERATO**

- che l'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), ha modificato l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 il quale stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro per procedure in vigore fino al 30/06/2023,

## **ATTESTATA**

- La congruità dell'offerta n. .5240024538 del 28/12/2023 pervenuta dall'operatore economico Pentax Italia s.r.l.,

- che la manutenzione del dispositivo in argomento è in carico alla predetta società in quanto detentrica del contratto di noleggio su tale sistema;

**RITENUTO** di approvare l'offerta n. 5240024538 del 28/12/2023 pari ad € 3706,50 oltre iva per la riparazione del dispositivo di che trattasi;

## **DICHIARATO**

-che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;



-che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

## **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

**DI APPROVARE** l'offerta n. 5240024538 del 28/12/2023 pervenuta dall'operatore economico Pentax Italia s.r.l. (P.I. 11159150157) ed affidare l'intervento di manutenzione per la riparazione del videobroncoscopio costruttore hoaya corporation modello EB19-J10 s.n. N121290 inv. 80001946 per un importo complessivo pari ad € 3706,50 oltre IVA alla predetta;

### **DI DARE ATTO**

- che il codice identificativo di gara (CIG) è: **B0D9FF07EF**
- che la spesa complessiva ammonta ad € 4521,93 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

### **DI NOMINARE**

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'U.O.C. Pneumologia il Dott. Antonio Iannaccone;
- Responsabile Unico del procedimento il Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica Ing. Riccardo Fiore come da delibera n. 636 del 12/06/2023 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomedicali anno 2023"

### **DI DARE MANDATO**

Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e alla liquidazione delle fatture ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



**Notificata ai soggetti interni sotto elencati:**

**UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;**

**COLLEGIO SINDACALE;**

**UOC TECNICO PATRIMONIO;**

**Allegati alla presente:**

**RELAZIONE TECNICA (Nome File: DICHIARAZIONE\_NON\_RIPARABILITA\_PENTAX.pdf - Impronta: f1ddc003c66f5dbc6080dd1087e2f78a3b54455cd0fd04161eed5d0bf407338c);**

**PREVENTIVO DITTA PENTAX (Nome File: PREV\_PENTAX.pdf - Impronta: 459bab811399a5d453ea2369945dda3b4cac24162efde14ebd0f567150ba025e);**

**IL DIRETTORE**

**UOC TECNICO PATRIMONIO - [ Casarella Sergio ]**

