



Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 442 del 26/04/2024**

**Provvedimento con Esecutività:**

X	Ordinaria	
	Immediata	Motivazione:

**OGGETTO**

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE MEDIANTE FORNITURA DI RICAMBI PER CONTROPULSATORE AORTICO COSTRUTTORE MAQUET MOD. CARDIOSAVE HYBRID s.n. CB334796D1 INV.80007952 A SERVIZIO DELLA S.O. CARDIOCHIRURGIA DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO- AGGIUDICAZIONE DITTA GETINGE ITALIA SRL – CIG. B122CEB73E

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE**

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 7845,82 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:7845,82 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO**

**Andrea Tortora**



## IL DIRETTORE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



## PREMESSO

- che la S.O. Cardiocirurgia ha richiesto intervento tecnico di manutenzione (int.2303040) per il ripristino del Contropulsatore Aortico costruttore Maquet mod. Cardiosave Hybrid inv.80007952 s.n. CB334796D1 a seguito della manutenzione preventiva eseguita con rapporto tecnico n. 43925870/20231211 del 11/12/2023 (allegato) da casa madre nell'ambito del contratto in essere, la stessa segnalava necessaria sostituzione dei moduli di batteria esterni e del cavo ecg in quanto guasti;

-che il Contropulsatore inv. 80007952 all'atto dell'apertura dell'intervento tecnico era coperto da garanzia con casa madre Getinge Italia srl;

-che il guasto segnalato nel rapporto di manutenzione preventiva ovvero la sostituzione dei moduli esterni batteria e cavo ecg non rientrano nelle condizioni contrattuali di garanzia,

-che il servizio di manutenzione *de quo* non rientra tra i "Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania" aggiudicati da So.Re.Sa. con determinazione n. 105 del 06/06/2019 ed alla cui Convenzione, questa Azienda ha aderito con Delibera n. 1124 del 12/11/2020;

-che il servizio di manutenzione *de quo* rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 5 del 18/01/2024;

**VALUTATA** l'esigenza espressa dalla S. O Cardiocirurgia e che da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36);

## RILEVATO

di dover garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie di reparto, la U.O. Ingegneria Clinica ha richiesto all'operatore economico Getinge Italia srl in quanto detentore del contratto di garanzia sul dispositivo in parola, di produrre opportuna offerta economica per il ripristino funzionale mediante sostituzione dei moduli batteria e cavo ecg dedicati al Contropulsatore Aortico inv.80007952 (trattativa diretta 4234429 ME.PA);

## VISTO

- che l'offerta n. 23SPCA-000322993.1 DEL 15/12/2023 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi pervenuta dall' O.E. Getinge Italia srl ammonta ad euro 6431,00 oltre IVA,

**RITENUTO** di approvare l'offerta N. 23SPCA-000322993.1 DEL 15/12/2023 dell'O.E Getinge Italia srl pari ad euro 6431,00 oltre IVA per il completo ripristino funzionale mediante sostituzione dei necessari ricambi sopradescritti del Contropulsatore Aortico costruttore Maquet mod. Cardiosave Hybrid inv.80007952 s,n. CB334796D1;

## ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

## DICHIARATO



- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- il Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

## **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

**DI APPROVARE** l'offerta n. n. 23SPCA-000322993.1 DEL 15/12/2023 pervenuta dall'operatore economico Getinge Italia srl (P.I. 03992220966) ed affidare alla stessa l'intervento tecnico per il ripristino completo del Contropulsatore Aortico modello Cardiosave Hybrid s.n. CB334796D1 inv.80007952 per un importo complessivo pari ad € 6431,00 oltre IVA;

### **DI DARE ATTO**

- che il codice identificativo di gara (CIG) è: **B122CEB73E**
- che la spesa complessiva ammonta ad € 7845,82 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

### **DI NOMINARE**

- Responsabile del procedimento l'Ing. Riccardo Fiore - Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica così come da delibera n. 5 del 18/01/2024 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomediche anno 2024"
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della S.O. Cardiocirurgia Dott. Brenno Fiorani

### **DI DARE MANDATO**

Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e la liquidazione delle spettanze ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



**Notificata ai soggetti interni sotto elencati:**

**UOC CARDIOCHIRURGIA;**

**UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;**

**COLLEGIO SINDACALE;**

**UOC TECNICO PATRIMONIO;**

**Allegati alla presente:**

**preventivo getinge (Nome File: preventivo\_getinge.pdf - Impronta:  
29dfe6e00023826fbbf9c3fd5487765e0778285e7a35cb350406e310fd220d1c);**

**rapporto di manutenzione getinge (Nome File: rapporto\_di\_manutenzione\_getinge.pdf - Impronta:  
42ff3f00523dc5ca6e08d583813f39b6f701aa9cac2d898962e06da36486f730);**

**richiesta intervento getinge (Nome File: richiesta\_di\_intervento\_getinge.pdf - Impronta:  
42f8e9325854d41719308ec0da604ef127fb1ac68c3975bb02a500c2133d2524);**

**IL DIRETTORE**

**UOC TECNICO PATRIMONIO - [ Casarella Sergio ]**

