



Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 943 del 04/09/2024**

**Provvedimento con Esecutività:**

X	Ordinaria	
	Immediata	Motivazione:

**OGGETTO**

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO SU RISONANZA MAGNETICA MODELLO MAGNETOM AERA COSTRUTTORE SIEMENS INV. 80002005 s/n. 42308 IN DOTAZIONE ALLA RADIOLOGIA DELL' A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO – AGGIUDICAZIONE DITTA MARA SRL – CIG B2CF1FDC5D

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE**

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 1159,00 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:1159 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO**

**Andrea Tortora**



## IL DIRETTORE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



## **PREMESSO**

-che la U.O. Ingegneria Clinica a fronte della segnalazione inoltrata a mezzo mail dalla Ditta Mara Srl circa le anomalie riscontrate in fase di manutenzione delle gabbie di faraday sulla Risonanza Magnetom Aera Siemens inv. 80002005, ha richiesto preventivo per fornitura e installazione del pulsante di ventilazione di emergenza interno alla sala RMN e fornitura e installazione del profilo di alluminio porta Risonanza;

-che la RM Magnetom Aera Siemens è coperta da contratto con la società Mara Srl per le verifiche periodiche della gabbia di faraday;

- che l'intervento tecnico di che trattasi sulla Risonanza Magnetica Magnetom Aera non rientra nelle condizioni contrattuali poc'anzi menzionate;

-che il servizio di manutenzione *de quo* non rientra tra i "Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania" aggiudicati da So.Re.Sa. con determinazione n. 105 del 06/06/2019 ed alla cui Convenzione, questa Azienda ha aderito con Delibera n. 1124 del 12/11/2020;

-che il servizio di manutenzione *de quo* rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 5 del 18/01/2024

## **VALUTATA**

l'esigenza della U.O.C. Radiologia e che da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36);

## **RILEVATO**

che al fine della messa in sicurezza dei locali della Risonanza (secondo il D.M. del14/01/2021), la U.O. Ingegneria Clinica ha richiesto all' Operatore Economico Mara srl in quanto detentore del contratto di manutenzione relativo ai controlli periodici sulla gabbia di faraday della Risonanza Magnetica Magnetom Aera inv.80002005, la predisposizione di opportuna offerta economica per la fornitura ed installazione di quanto necessario al completo e corretto funzionamento della stessa;

**VISTA** l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico Mara s.r.l. preventivo Rif. PR2407-0308 del 18/07/2024, pari ad € 950,00 oltre iva,

**RITENUTO** di approvare l'offerta dell'O.E Mara s.r.l. preventivo Rif. PR2407-0308 del 18/07/2024, pari ad € 950,00 oltre iva, per la riparazione della Risonanza Magnetica Magnetom Aera costruttore Siemens inv. 80002005;

## **ATTESTATA**

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

## **DICHIARATO**



- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- Il Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

## **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

**DI APPROVARE** l'offerta Rif.PR2407-0308 del 18/07/2024, pari ad € 950,00 oltre iva pervenuta dall'operatore economico Mara s.r.l. (P.I. IT05745060656) ed affidare l'intervento di manutenzione per il ripristino completo della Risonanza Magnetica Magnetom Aera Siemens inv. 80002005 *a servizio della U.O.C. Radiologia*;

### **DI DARE ATTO**

che il codice identificativo di gara (**CIG**) è: **B2CF1FDC5D**

- che la spesa complessiva ammonta ad € 1159,00 iva compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

### **DI NOMINARE**

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. di Radiologia Dott. Lanfranco Musto,
- Responsabile Unico del procedimento il Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica Ing. Riccardo Fiore come da delibera n. 636 del 12/06/2023 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomedicali anno 2024"

### **DI DARE MANDATO**

Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e alla liquidazione delle fatture ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



**Notificata ai soggetti interni sotto elencati:**

**UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;**

**COLLEGIO SINDACALE;**

**UOC TECNICO PATRIMONIO;**

**Allegati alla presente:**

**preventivo mara srl (Nome File: prev\_ditta\_mara\_srl.pdf - Impronta:  
7780e822582700f85289920fabe6f1739bf94b4ca032a9967e770029a6d0b059);**

**IL DIRETTORE**

**UOC TECNICO PATRIMONIO - [ Casarella Sergio ]**

