



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 1204 del 12/11/2024

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO SU FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE COSTRUTTORE STORZ MOD.11302BD2 S.N. 2243793 INV. 80010453 IN DOTAZIONE ALLA S.O. ONCOLOGICA DELL'A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO – AGGIUDICAZIONE DITTA SINCRONIS S.R.L. – CIG B409C4BCEA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 1.098,00 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:1.098,00 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora



IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



PREMESSO

- che il Responsabile della Centrale di sterilizzazione ha richiesto per conto della S.O. Chirurgia Oncologica intervento tecnico per il ripristino del FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 80010453 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2243793 il quale presenta lesione del tratto distale con conseguente prova di tenuta negativa (richiesta INT2403197),

che il FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 800010453 risulta fornito dalla ditta M.end.el con delibera 585 del 12/07/2023 collaudato in data 25/10/2023 e coperto da garanzia fino al 24/10/2024;

-che in fase di analisi del guasto la società M.end.el ha specificato che il tipo di danno non rientra nelle condizioni di garanzia in quanto accidentale,

-che il servizio di manutenzione de quo non rientra tra i "Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania" aggiudicati da So.Re.Sa. con determinazione n. 105 del 06/06/2019 ed alla cui Convenzione, questa Azienda ha aderito con Delibera n. 1124 del 12/11/2020;

-che il servizio di manutenzione de quo rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 5 del 18/01/2024;

VALUTATA l'esigenza espressa dal Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione per conto della S.O. di Chirurgia Oncologica, e che, da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36);

RITENUTA

la necessità di non interrompere le attività sanitarie e garantire il regolare svolgimento degli interventi operatori ivi correlati e di conseguenza lo smaltimento delle liste di attesa, la U.O. Ingegneria Clinica ha chiesto opportuna offerta economica agli operatori economici: M.end.el s.r.l. in quanto detentore del contratto di garanzia e successivamente alla società Sincronis per il ripristino funzionale del FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 80010453 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2243793 in dotazione alla S.O. Oncologica;

VISTO

-Che la società M.end.el s.r.l. ha proposto la formula repair in exchange del FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 80010453 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2243793 ad un importo complessivo pari ad € 4500,00 oltre IVA;

-che la società Sincronis s.r.l. ha proposto con preventivo n. 999002668 del 11/10/2024 ad un importo complessivo pari ad € 900,00 oltre IVA il ripristino completo del Fibroscopio di che trattasi,

RITENUTO di approvare l'offerta n. 999002668 del 11/10/24 dell'O.E Sincronis s.r.l. pari ad euro 900,00 oltre IVA per la riparazione del FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 80010453 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2243793 (**trattativa ME.PA 4756858**);

ATTESTATA



la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- l'insussistenza del conflitto di interesse da parte del Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI APPROVARE l'offerta preventivo n. 999002668 del 11/10/24 dell'O.E Sincronis s.r.l. pari ad euro 900,00 oltre IVA (P.I.10976940964) ed affidare alla stessa il completo ripristino funzionale del FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE INV. 80010453 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2243793

DI DARE ATTO

che il codice identificativo di gara (CIG) è: **CIG. B409C4BCEA**

- che la spesa complessiva ammonta ad € 1098,00 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

DI NOMINARE

- Responsabile del procedimento l'Ing. Riccardo Fiore - Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica così come da delibera n. 5 del 18/01/2024 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomediche anno 2024"
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione Dr. Gianfranco Laurino;

DI DARE MANDATO

-Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e la liquidazione delle spettanze ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



Determinazione Dirigenziale - DET N. 1204/2024 del 12/11/2024

EASYPAD-ID-DOC: 0102237 AORN S.G. MOSCATI - Copia conservata presso l'archivio digitale dell'
AORN S.G. MOSCATI. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m.
e i. da: Sergio Casarella



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC TECNICO PATRIMONIO;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

**PREVENTIVO SYNCRONIS (Nome File: PREVENTIVO_SYNCRONIS.pdf - Impronta:
5a654d485d59e99a367214f9da8d7f5cc1af96db4b634e9c16367241abcd41c2);**

**PREVENTIVO MENDEL (Nome File: PREVENTIVO_MENDEL.pdf - Impronta:
69f937a20f7758d128852e6f61324d444b34528b6180ed7cc234a5cba2c9fb30);**

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIO - [Sergio Casarella]

