



Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 1252 del 22/11/2024

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO SU FIBROSCOPIO FLESSIBILE COSTRUTTORE STORZ MOD.11302BD2 S.N. 2171451 INV. 80009002 IN DOTAZIONE ALLA S.O. ONCOLOGICA DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO – AGGIUDICAZIONE DITTA SINCRONIS S.R.L. – CIG B43D85705C

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 5.185,00 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5030301010

IMPORTO:5.185,00 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora



IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



PREMESSO

- che il Responsabile della Centrale di sterilizzazione ha richiesto per conto della S.O. Chirurgia Oncologica intervento tecnico per il ripristino del FIBROSCOPIO FLESSIBILE INV. 80009002 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2171451 il quale presenta il cavo ottico rotto (richiesta INT2401057),

-che il servizio di manutenzione de quo non rientra tra i "Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania" aggiudicati da So.Re.Sa. con determinazione n. 105 del 06/06/2019 ed alla cui Convenzione, questa Azienda ha aderito con Delibera n. 1124 del 12/11/2020;

-che il servizio di manutenzione de quo rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 5 del 18/01/2024;

VALUTATA l'esigenza espressa dal Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione per conto della S.O. di Chirurgia Oncologica, e che, da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36);

RITENUTA

la necessità di non interrompere le attività sanitarie e garantire il regolare svolgimento degli interventi operatori ivi correlati e di conseguenza lo smaltimento delle liste di attesa, la U.O. Ingegneria Clinica ha chiesto opportuna offerta economica agli operatori economici: Tesi Tecnologia & Sicurezza, M.end.el s.r.l. e Sincronis s.r.l. per il ripristino funzionale del FIBROSCOPIO f INV. 80009002 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2171451 in dotazione alla S.O. Chirurgia Oncologica;

VISTO

-che la società Tesi Tecnologia & Sicurezza ha proposto con offerta n. 082-24 del 22/04/2024 la formula repair in exchange del FIBROSCOPIO FLESSIBILE INV. 80009002 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2171451 ad un importo complessivo pari ad € 5000,00 oltre IVA;

-che la società Sincronis s.r.l. ha proposto con preventivo n. 999002685 del 08/10/2024 ad un importo complessivo pari ad € 4250,00 oltre IVA il ripristino completo del Fibroscopio di che trattasi,

-che la società Mendel non ha prodotto alcuna offerta relativamente al ripristino del device in parola entro i termini stabiliti;

RITENUTO di approvare l'offerta n. 999002685 del 08/10/2024 dell'O.E Sincronis s.r.l. pari ad euro 4250,00 oltre IVA per la riparazione del FIBROSCOPIO FLESSIBILE INV. 80009002 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2171451 in dotazione alla S.O. Chirurgia Oncologica (**trattativa ME.PA 4790872**);

ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO



- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- l'insussistenza del conflitto di interesse da parte del Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI APPROVARE l'offerta preventivo n. 999002685 del 08/10/24 dell'O.E Sincronis s.r.l. pari ad euro 4250,00 oltre IVA (P.I.10976940964) ed affidare alla stessa il completo ripristino funzionale del FIBROSCOPIO FLESSIBILE INV. 80009002 costruttore STORZ mod. 11302BD2 S.N. 2171451

DI DARE ATTO

che il codice identificativo di gara (CIG) è: **CIG B43D85705C**

- che la spesa complessiva ammonta ad € 5185,00 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

DI NOMINARE

- Responsabile del procedimento l'Ing. Riccardo Fiore - Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica così come da delibera n. 5 del 18/01/2024 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomediche anno 2024"
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione Dr. Gianfranco Laurino;

DI DARE MANDATO

- Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo e la liquidazione delle spettanze ad avvenuta attestazione dei lavori eseguiti.



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC TECNICO PATRIMONIO;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

**richiesta preventivi (Nome File: richiesta_preventivi_ditte.pdf - Impronta:
9ea18505510109cd2b392f248bb678510a0c3ccb103785032a76e55f29d8258d);**

**preventivo tesi (Nome File: preventivo_tesi.pdf - Impronta:
3338e3fbd68c15cbf1184dfa47310995ef8c97ff59385608ab59b358efda792f);**

**preventivosincronis (Nome File: preventivo_sincronis.pdf - Impronta:
47115c4b8acfb5d014ce23a749191b5396fa8ea4d884bd77692ac4da04ff359);**

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIO - [Sergio Casarella]

