



PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI SENSORI SPO₂, QUALE SCORTA MAGAZZINO INGEGNERIA CLINICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “S. G. MOSCATI” DI AVELLINO

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti ricevuti per la presente procedura di gara.

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
PI074508-25	In ragione della natura delle prestazioni oggetto d’appalto, si chiede conferma che il CCNL da Voi individuato negli atti di gara (art. 3 del Disciplinare di gara) quale CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto (e cioè il CCNL Metalmeccanico Industria) consista in un mero refuso e che, in realtà, il CCNL applicabile è il CCNL Commercio (Terziario Distribuzione e servizi) o, eventualmente, il CCNL Chimico Farmaceutico. In alternativa, si chiede di confermare che tutti e tre i CCNL sopra citati (CCNL Metalmeccanico Industria, CCNL Commercio e CCNL Chimico Farmaceutico) siano applicabili ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in ragione delle attività oggetto dell’appalto.	PI074550-25	Si conferma che, in ragione della natura delle prestazioni oggetto d’appalto e ai sensi dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, sono considerati applicabili al personale dipendente impiegato nell’appalto i contratti CCNL Metalmeccanico Industria, CCNL Commercio e CCNL Chimico Farmaceutico.



PI075115-25	<p>Si chiede conferma che, in relazione all'importo della garanzia provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485:2016, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, 1° periodo del D. Lgs. n. 36/2023 (pari a una riduzione del 30%).</p> <p>A sostegno della tesi favorevole, si fa presente che la certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all'ambito dei Dispositivi Medici ed è considerata un quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001 anche dall'ANAC (Vedasi Parere Precontenzioso n. 43).</p>	PI076305-25	Si conferma quanto richiesto.
PI075351-25	<p>Si prega di chiarire quanto segue:</p> <p>1) I sensori richiesti al lotto 2 devono essere di tecnologia Nellcor Oximax?</p> <p>2) Che grado di accuratezza devono avere i sensori in condizione di pazienti critici con saturazione compresa tra i 60%-80% di SpO2?</p>	PI076288-25	1) Relativamente al Lotto 2, i sensori devono essere di tecnologia sia Nellcor che Oximax.2) Il più accurato possibile.



PI067138-25	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, nel disciplinare di gara si parla di "allegato B1 e B2 capitolato speciale e relativi allegati".</p> <p>Si precisa che questi ultimi non risultano essere presenti nei documenti di gara. Si chiede quindi di integrare la documentazione con i file mancanti</p>	PI067157-25	I documenti citati sono stati caricati a Sistema.
PI069034-25	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) Lotto 2: quinta voce del lotto 2, per la quale è richiesta la sterilità del prodotto, si prega di specificare la misura richiesta: adulto? pediatrico?</p> <p>2) Lotto 2: "per elevata adesività e resistenza alla trazione" si richiedono sensori: in FOAM o Cerotto?</p> <p>Vista la Vs. richiesta di campionatura, si chiede gentilmente una celere risposta, al fine di reperire campioni in tempo utile.</p>	PI071353-25	1) Pazienti adulti.2) Sarà discrezione dell'operatore economico interessato offrire il prodotto ritenuto maggiormente idoneo.



PI075118-25	Si chiede conferma che, a seguito della modifica introdotta all'art. 106, comma 8, terzo periodo dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd Decreto Correttivo al Codice Appalti), l'operatore economico può avvalersi dell'ulteriore riduzione del 10% sull'importo della garanzia provvisoria (cumulabile con quella del 30% prevista nel 1° periodo del medesimo articolo) qualora presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e che sia gestita "mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente".	PI076303-25	Si conferma quanto richiesto.
-------------	---	-------------	-------------------------------



PI075645-25	<p>Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si segnala che, relativamente al lotto 3 con oggetto "sensori tecnologia Masimo", viene richiesto al punto 6 "sensore riutilizzabile pediatrico" con un range di peso 3–20 kg.</p> <p>Tuttavia, si evidenzia che attualmente non risultano disponibili da parte di Masimo sensori riutilizzabili pediatrici con tale specifico intervallo di peso (3–20 kg) né sensori compatibili. La richiesta, così formulata, precluderebbe pertanto la possibilità di partecipazione al lotto da parte dell'operatore economico. Alla luce di quanto sopra, si chiede di accettare per il lotto 3 punto 6 che il sensore riutilizzabile pediatrico abbia un range di peso 10–50 kg essendo quest'ultimo validato per pazienti pediatrici e avente al tempo stesso tecnologia Masimo come richiesto dall'oggetto del lotto di gara.</p>	PI076283-25	Si conferma quanto indicato dall'O.E..
PI069199-25	Si richiede quanto segue: Lotto 2: quinta voce del lotto 2, per la quale è richiesta la sterilità del prodotto, si prega di specificare la misura richiesta: adulto ? pediatrico?	PI069204-25	ADULTI.



PI078713-25	<p>Con riferimento alla presente procedura siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>a) Con riferimento a quanto specificato nell'ALLEGATO B1 – Caratteristiche Tecniche Minime “Lotto 1 SENSORI TECNOLOGIA GE MEDICAL SYSTEMS” relativamente al sub-lotto 1, che per pronta lettura si riporta nel seguito: “Sensore SpO2 allFit Trusignal” al fine di configurare in maniera adeguata l’offerta, si chiede di specificare le quantità di sensori pediatrici/infanti 3-20 kg e quelle di sensori per adulti >20 kg.</p> <p>b) Con riferimento a quanto specificato nell'ALLEGATO B1 – Caratteristiche Tecniche Minime “Lotto 1 SENSORI TECNOLOGIA GE MEDICAL SYSTEMS” relativamente al sub-lotto 3, che per pronta lettura si riporta nel seguito: “RIUTILIZZABILE PEDIATRICO” si chiede di confermare che verrà accettata l’offerta di sensori pediatrici a dito 15-30 kg in confezioni da 1 pezzo o sensori avvolgibili con velcro per pelli delicate <3 kg in confezioni da 3 pezzi indivisibili.</p> <p>c) Con riferimento a quanto specificato nella Tabella 2 a pag. 9 dell'ALLEGATO A – Disciplinare di Gara, relativamente al Lotto 1, che per pronta lettura si riporta nel seguito: “Sensori Tecnologia GE MEDICAL SYSTEMS” si chiede di confermare che verranno considerate conformi le sole offerte aventi come oggetto sensori originali in quanto la scrivente, GE Medical</p>	PI079465-25	<p>Quesito N.1: Il sensore richiesto deve essere di tipo AllFit Trusignal (Neonatale/Adulto). Quesito N. 2 : Saranno Accettate offerte con sensore per uso pediatrico riutilizzabile in confezioni singole. Quesito N.3 : Saranno accettate anche offerte di sensori compatibili con le dovute certificazioni di compatibilità.</p>
-------------	---	-------------	---



	<p>Systems Italia S.p.a., certifica il buon funzionamento delle apparecchiature di sua produzione esclusivamente con l'utilizzo di accessori originali.</p>		
--	---	--	--



PI071981-25	Vista la difficoltà nella compilazione dei file word, si chiede di trasmetterli in formato editabile poichè molti campi risultano bloccati e non compilabili.	PI072075-25	<p>Il contenuto dei file di tipo word può essere sbloccato seguendo il percorso che viene di seguito schematizzato:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il documento;2. Cliccare sul tasto "Revisione" presente sulla barra degli strumenti;3. cliccare sul tasto "Limita modifica";4. cliccare sul tasto "Rimuovi protezione". <p>Qualora il concorrente intendesse sbloccare i suddetti file, si raccomanda di fornire tutte le informazioni richieste, evitando di rimuovere parte di esse.</p>
-------------	---	-------------	---