FORNITURA DI COPERTE TERMICHE MONOUSO CON UNITA' RISCALDANTE PER LE VARIE UU.OO. DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO – AFFIDAMENTO DIRETTO

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

SI RICHIEDE L'ACQUISTO, QUALE **FABBISOGNO ANNUALE**, DI:

- **N. 9.000 COPERTE TERMICHE MONOUSO CON UNITA' RISCALDANTE, CON I RELATIVI RISCALDATORE AD ARIA IN COMODATO D'USO**
  CND T030301

Le coperte richieste devono avere le seguenti caratteristiche:

Monouso, latex free e PVC free, non sterili, in TNT, devono rispettare i requisiti di sicurezza relativi all'infiammabilità, antistatiche, trasparenti ai raggi X, non conduttive ed idrorepellenti, resistenti allo strappo, non devono rilasciare pulviscoli o residui di lavorazione, con adesivi per il posizionamento, trama a microfori che ottimizza la distribuzione costante ed uniforme dell'aria, doppio attacco.

Tipologia di coperte richieste:

- **Coperta riscaldante Torso, con telo trasparente per il capo 142x120 cm Coperta riscaldante per la parte inferiore del corpo 142 x 120 (circa +-3 cm)**
- **Coperta riscaldante per corpo intero 210x120 cm (circa +-3 cm)**
- **Coperta riscaldante per corpo intero, pediatrica 170x120 cm (circa +-3 cm)**
- **Coperta riscaldante neonatale "underbody 110x120 cm (circa +-3 cm)**

Contrada Amoretta, 83100 Avellino
D.P.G.R.C. 22/12/94 - N. 12.257 - C.F. e P. IVA 01948180649
e-mail: info@aornmoscati.it

UNITA' RISCALDANTE ALMENO N. 25

L'unita riscaldante per il riscaldamento delle coperte poste sul paziente dotata di morsetto a vite per aggancio all'asta della piantana, di apposito sistema di aggancio al letto del paziente e di un opzionale carrello dedicato per il posizionamento e la movimentazione dell'unità ergonomica e di semplice utilizzo, con la regolazione della temperatura dell'aria (ambiente 32°C, 38°C o 43° C circa+-2 gradi)

- **Dotata di due sensori: un sensore di temperatura all'uscita del tubo (all'interno dell'ugello) e un sensore di temperatura all'uscita dell'aria (gomito del tubo), con rilevazione della temperatura alla fine del tubo, ossia all'imbocco della copertina.**
- **Tubo ricoperto da un involucro di plastica facilmente rimovibile che minimizza la dispersione di calore durante il funzionamento del sistema.**
- **Filtro HEPA (High Efficienciency Particulate Air Control) che risponde allo standard europeo stabilito dalla norma EN 1822 relativa all'utilizzo di filtri in camera bianca e industria farmaceutica, per particelle di 0.2 um.**
- **Flusso di aria regolato tramite l'apposito pulsante AIR FLOW che aumenta o diminuisce la potenza del compressore o auto regolazione.**
- **Piantana con 5 ruote proiettanti a cestello.**

Contrada Amoretta, 83100 Avellino
D.P.G.R.C. 22/12/94 - N. 12.257 - C.F. e P. IVA 01948180649
e-mail: info@aornmoscati.it