



AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI SACCA PER RACCOLTA EMATICA POST-PARTO DA DESTINARE ALLA U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO.

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE, QUALE FABBISOGNO **ANNUALE**, L'ACQUISTO DI:

- N. **1.000** SACCHE PER RACCOLTA EMATICA POST-PARTO DA 1000 ML MONOUSO STERILI – classe I sterile – **CND B0199**

LA SACCA DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- IN POLIETILENE;
- DOTATA DI CODA IMBUTIFORME GRADUATA;
- CON TACCHE DI RIFERIMENTO STAMPATE OGNI 50 ML;
- CAPACITA' TOTALE 1000 ML;
- TOLLERANZA DEL 10%;
- CONFEZIONAMENTO SINGOLO STERILE MONOUSO.



Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "*L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti*".