



San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ | AVELLINO

Proponente: **UOC TECNICO PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 353 del 14/04/2025

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU N. 3 MONITOR FETALI COSTRUTTORE PHILIPS MOD. AVALON FM 30 INV. ENTE 80004477 S.N. DE59128884, INV. 80004478 S.N. DE59128911; INV. 80004403 S.N. DE50128960 A SERVIZIO DELLA SALA PARTO E DEL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO DELL'A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO- AGGIUDICAZIONE DITTA FUTURA HOSPITAL S.A.S. -CIG B612018176

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 5.020,42 €

CONTO ECONOMICO: IL PRESENTE ATTO COMPORTA COSTI

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora



IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n 1067 del15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati”.



PREMESSO

-che le U.O. Sala parto e Pronto Soccorso Ostetrico hanno richiesto interventi tecnici (int2500214 e int2500213/int2500215) per la revisione e aggiornamento di n. 3 Monitor Fetalì costruttore Philips inv. 80004403 della Sala Parto e inv. 80004478 e inv. 80004477 a servizio del Pronto Soccorso Ostetrico in quanto gli stessi non riconoscono le sonde toco e cardio di recente fornitura;

-che l'intervento prevede l'upgrade all'ultima versione software dei tre device in parola nello specifico alla versione RevSW J.30.60 necessario per permettere agli stessi l'interfacciamento con la centrale di monitoraggio e la lettura delle sonde Toco e Cardio di nuova installazione;

- che il servizio di manutenzione de quo non rientra tra i "Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania" aggiudicati da So.Re.Sa. con determinazione n. 105 del 06/06/2019 ed alla cui Convenzione, questa Azienda ha aderito con Delibera n. 1124 del 12/11/2020;

-che il servizio di manutenzione de quo rientra nel regolamento aziendale approvato con Delibera N. 44 del 20/01/2025

VALUTATA l'esigenza espressa dalle U.O. Sala Parto e Pronto Soccorso Ostetrico e che da opportuna valutazione tecnico/economica, tale tipologia di intervento risulta avere un importo economico sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per quanto concerne Servizi e Forniture (D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36);

CONSIDERATA l'esigenza di dover garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie di reparto e la criticità dei pazienti trattati nonché il miglioramento del servizio clinico erogato, la U.O. Ingegneria Clinica ha chiesto opportuna offerta economica per la riparazione mediante aggiornamento dei n. 3 monitor fetalì Philips modello Avalon Fm30 inv. 80004477, 80004478 e 80004403 ai seguenti Operatori Economici: MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING S.R.L, PHILIPS S.P.A. e FUTURA HOSPITAL S.A.S;

VISTO

- Il preventivo n. MTE-031-25 (114/PV) del 18/02/2025 pervenuto dall'operatore economico MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING S.R.L per complessivi € 4950,00 oltre IVA per il ripristino dei N. 3 monitor fetalì di che trattasi;

- Il preventivo n. Q-01534748 del 12/03/2025 pervenuto dall'operatore economico Philips s.p.a. ha un importo complessivo pari ad € 997,50 + IVA per il solo sopralluogo di constatazione della problematica tecnica;

- il preventivo n. 22/AS 2025 del 10/03/2025 pervenuto dall'operatore economico Futura Hospital s.a.s. per complessivi € 4115,10 + IVA per il completo ripristino dei 3 monitor Fetalì;

RITENUTO di approvare l'offerta n. 22/AS 2025 del 10/03/2025, pari a 4115,10 oltre iva, pervenuta dell'operatore economico Futura Hospital s.a.s. per l'aggiornamento dei software dei n. 3 Monitor Fetalì;

ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;



DICHIARATO

-che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;

-che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione Anticorruzione.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI APPROVARE l'offerta n. 22/AS 2025 del 10/03/2025, pari a 4115,10 oltre iva, pervenuta dell'operatore economico Futura Hospital s.a.s. (C.F.05206041211) ed affidare tale intervento di manutenzione sui n. 3 monitor Fetali Philips Avalon Fm30 inv. 80004403 della Sala Parto e inv. 80004478 e inv. 80004477 alla predetta;

DI DARE ATTO

- che il codice identificativo di gara (CIG) è: **B612018176**
- che la spesa complessiva ammonta ad € **5020,42** IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza;

DI NOMINARE

- Responsabile Unico del processo il Dirigente della U.O. Ingegneria Clinica Ing. Riccardo Fiore come da delibera n.44 del 20/01/2025 "Autorizzazione al Servizio Tecnico Ingegneria Clinica a commissionare interventi di manutenzione straordinaria ed acquisizione pezzi di ricambio per apparecchiature biomedicali anno 2025",
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Coordinatrice della Sala Parto Dr.ssa Attianese Maria Rosaria;

DI DARE MANDATO

- Alla **U.O. Ingegneria Clinica** per la predisposizione del contratto, l'emissione dell'ordinativo ed opportuna predisposizione atti di competenza



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC TECNICO PATRIMONIO;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

**PREVENTIVO FUTURA HOSPITAL (Nome File: FUTURA_HOSPITAL_PREV..pdf - Impronta:
211fa6d6dfd4aecc3d6e3aaa090d99c7585846020f37abdf69cdadd18de7704e);**

**PREVENTIVO PHILIPS (Nome File: PHILIPS_PREV..pdf - Impronta:
a0661a1c3324a895a191be6107b854894eedcc37cb51bbf438fa16e8a177ece8);**

**PREVENTIVO MTE (Nome File: MTE_PREV..pdf - Impronta:
c12ba75d54e856fa4458a605e4b38bdeac280ac25032bf870cff4407435f1975);**

**RICHIESTE DI PREVENTIVO DITTE (Nome File: RICHIESTE_PREVENTVIVO.pdf - Impronta:
b131627f425a65e090bc02dd7447c9473f12177d2e114670be3d460c4b8df53c);**

IL DIRETTORE

UOC TECNICO PATRIMONIO - [Sergio Casarella]

