

**Richiesta Preventivo Omni-Tract Sterile Field Post Ref 4944 - 2501451**

1 messaggio

#SIC Moscati <sicmoscati@mt-e.it>

6 maggio 2025 alle ore 09:01

Cc: "riccardo.fiore" <riccardo.fiore@aornmoscati.it>, "filomena.vecchione" <filomena.vecchione@aornmoscati.it>

Ccn: medipoint2001@libero.it, service@gmmedica.it, info@endomedicalservice.it, customer.strumenti@mediteck.it, nfo@febarsrl.it, TCS Italy <TCS.Italy@integralife.com>

Buongiorno,

con la presente si chiede preventivo di massima, per conto dell'AORN SG Moscati di Avellino, per la riparazione di:

- Odi 2501451: Sistema retrattore addominale superiore, Omni-Tract, Sterile Field Post Ref 4944, non chiude la morsa sulla guida del letto operatorio, dispositivo instabile.Alleghiamo le relative foto e chiediamo la cortesia di includere nel preventivo anche i costi di *presa e restituzione dello strumentario*.**Si chiede, inoltre, la cortesia di ricevere risposta entro e non oltre il giorno 08/05/2025.**

Restiamo in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

**Servizio Ingegneria Clinica
AORN SG Moscati****MTE - Medical Technology and Engineering s.r.l.**


SOL Group

Viale Spagna 6

73010 Surbo (LE)

t 0825203165

e sicmoscati@mt-e.it

3 allegati**Foto 2 - 2501451.jpeg**
118K**Foto 3 - 2501451.jpeg**
221K**Foto 1 - 2501451.jpeg**
185K