

Prot. n. 034/2025

Spett.le A.O.R.N. " S.G. Moscati"
Servizio Ingegneria Clinica
Contrada Amoretta - Avellino

Oggetto: preventivo di riparazione per apparecchio Cryo-Line prod. Optikon 2000 s/n CY0036 - Vs. richiesta e-mail del 23/05/2025

facendo seguito alla vostra gentile richiesta in oggetto, ci preghiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione nostra migliore offerta per il ripristino delle corrette funzionalità dell'apparecchio Cryo-Line:

Lavoro da eseguire: Smontaggio strumento, ricerca guasto, riposizionamento e serraggio raccordo, sostituzione o-ring, sostituzione elettrovalvola e pulizia percorsi, sostituzione sensore di pressione, calibrazione circuito alta e bassa pressione, rimontaggio e verifica normale funzionamento.

• Sostituzione elettrovalvola	€ 482,00+Iva
• Sostituzione sensore di pressione	€ 390,00+Iva
• Manodopera 8 ore di lavoro (€ 60,00x1h)	€ 480,00+Iva
• <u>Diritto di chiamata</u>	€ 80,00+Iva
Totale	€ 1.432,00+Iva

Il presente preventivo è puramente orientativo e sviluppato sulla base delle problematiche da voi segnalate. Nell'eventualità di un vs. ordine, possibili discordanze vi saranno preventivamente segnalate.

Condizioni di fornitura:

Iva 22% Vs. carico

Pagamento: bb ad emissione fattura

Pozzuoli, 30 maggio 2025

Cordiali saluti

Sergio Pallotta

L'Amministratore unico

MEDINOVA srl

