



Avellino, 26/11/2024

All'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
All'U.O. Ingegneria Clinica

E, p.c. :

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Direzione Medica di Presidio
Al Direttore U.O.C. Radiologia

Oggetto: Spostamento TC Canon Aquilion Prime ST

In riferimento alla nota pervenuta (AOM-0029734-2024), si comunica quanto segue.

Dall'analisi dei documenti trasmessi e dopo aver effettuato le valutazioni radioprotezionistiche relative allo spostamento della TC Aquilion Prime ST (palazzina EX-COVID) nella sala TC (U.O.C. Radiologia) in sostituzione della TC Canon Aquilion 64, si esprime parere favorevole, con la seguente unica indicazione:

- sostituire la porta che dalla sala console dà accesso alla sala TC con quella che dalla sala TC dà accesso alla sala tecnica.

In ottica di ottimizzazione, per l'accesso dalla sala TC alla sala tecnica si può utilizzare anche una porta non schermata e sfruttare la porta sostituita (anti-x) in un altro ambiente presso la Radiologia.

Ovviamente, una volta effettuato lo spostamento sarà necessario verificare che sia garantita la perfetta continuità di schermatura tra i pannelli, tra i pannelli e la visiva e tra i pannelli e le porte per evitare lo scattering di radiazione.

Si chiede infine di informare il sottoscritto sulle successive fasi per garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione si porgono distinti saluti.

L'Esperto di Radioprotezione

Ing. Fabio Monaco