



FORNITURA ANNUALE DI D.M. “FILTRI MONOUSO PER LA DETERMINAZIONE DELL’OSSIDO NITRICO ESALATO PER SPIROMETRI NEUMOFILT ERGO C.N.D. R049001” PER L’U.O. DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA. DELL’A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche del servizio*

<i>Oggetto del servizio e caratteristiche</i>	<table border="1"><thead><tr><th>SERVIZIO/DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>N. 400 D.M. “filtri monouso per la determinazione dell’ossido nitrico esalato per spirometri NeumoFilt Ergo” C.N.D. R049001 con le seguenti caratteristiche: - resistenza al flusso 94,3 Pa/l/s a 14 l/s; - resistenza massima raccomandata dall’ATS: 150 Pa/l/s diam. mm 31 - compatibile con apparecchiature elettroniche n. 80009136 N.B.: I predetti D.M. devono avere indicazione d’uso per l’utilizzo con apparecchiature valutazione della funzione polmonare (PFI) soltanto, per filtrare l’aria tra aria espirata del paziente</td></tr></tbody></table>	SERVIZIO/DESCRIZIONE	N. 400 D.M. “filtri monouso per la determinazione dell’ossido nitrico esalato per spirometri NeumoFilt Ergo” C.N.D. R049001 con le seguenti caratteristiche: - resistenza al flusso 94,3 Pa/l/s a 14 l/s; - resistenza massima raccomandata dall’ATS: 150 Pa/l/s diam. mm 31 - compatibile con apparecchiature elettroniche n. 80009136 N.B.: I predetti D.M. devono avere indicazione d’uso per l’utilizzo con apparecchiature valutazione della funzione polmonare (PFI) soltanto, per filtrare l’aria tra aria espirata del paziente
	SERVIZIO/DESCRIZIONE		
N. 400 D.M. “filtri monouso per la determinazione dell’ossido nitrico esalato per spirometri NeumoFilt Ergo” C.N.D. R049001 con le seguenti caratteristiche: - resistenza al flusso 94,3 Pa/l/s a 14 l/s; - resistenza massima raccomandata dall’ATS: 150 Pa/l/s diam. mm 31 - compatibile con apparecchiature elettroniche n. 80009136 N.B.: I predetti D.M. devono avere indicazione d’uso per l’utilizzo con apparecchiature valutazione della funzione polmonare (PFI) soltanto, per filtrare l’aria tra aria espirata del paziente			
<p>CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari.</p> <p>Nota: Atteso che la descrizione del servizio in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola “...o equivalente”. Inoltre, ai sensi dell’All. II.5, parte II comma 8 “L’offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte”.</p>			
<i>Durata della fornitura</i>	12 (dodici) mesi.		