



**AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI CANNULE ATRIO-CAVALI DA DESTINARE ALLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO.**

*Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

**SI RICHIEDE, QUALE FABBISOGNO ANNUALE. L'ACQUISTO DI:**

- **N. 300 CANNULE VENOSE DOPPIO STADIO AD ALTO FLUSSO, ARMATA, CON PORZIONE OVALE, SCHIACCIATA, A BASSO PROFILO PER MININVASIVA. MISURE VARIE;**
- **N. 300 CANNULA VENOSA A DOPPIO STADIO MONOLITICA ARMATA DA MONOFILO METALLICO SAGOMATO A SPIRALE DI CIRCA 38 CM E INDICATORE DI PROFONDITA' D'INTRODUZIONE. MISURE VARIE CON CONNETTORI. MISURE 28/36 – 32/40 – 34/46 – 36/46 – 36/51 FR.**

**Nota:** Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".