



AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI LENTI MONOUSO PER MICROSCOPIO ZEISS DA DESTINARE ALLA U.O.C. OCULISTICA E TRAPIANTO DI CORNEA SALA OPERATORIO DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE, QUALE FABBISOGNO **ANNUALE**, L'ACQUISTO DI:

- N. **50** LENTI STERILI MONOUSO PER CHIRURGIA VITREORETINICA, TIPO “NO CONTACT”, PROGETTATE PER GARANTIRE UNA VISIONE CHIARA E DETTAGLIATA DELLA MACULA DURANTE VITRECTOMIA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 - OTTICHE IN POLIMETILMETACRILATO (PMMA);
 - DIAMETRO CIRCA 23 MM;
 - COMPATIBILE CON MICROSCOPIO MARCA ZEISS, MODELLO LUMERA 700, INV. 80000442 – **CND Z12011185**

- N. **100** LENTI STERILI MONOUSO PER CHIRURGIA VITREORETINICA, PROGETTATE PER OFFRIRE UN'AMPIA VISUALIZZAZIONE INTRAOPERATORIA DELLA RETINA, FINO ALL'ORA SERRATA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 - OTTICHE IN POLIMETILMETACRILATO (PMMA);
 - DIAMETRO CIRCA 21-26 MM;
 - COMPATIBILE CON MICROSCOPIO MARCA ZEISS, MODELLO LUMERA 700, INV. 80000442 – **CND Z12011185**

SI RICHIEDE CAMPIONATURA, CHE NON VERRA' RESTITUITA.

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola “...o equivalente”. Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 “L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti”.