



**FORNITURA DI TELI SUPER ASSORBENTI CON ANTIBATTERICO E
ADESIVI DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

Oggetto della fornitura e caratteristiche	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITA' _____ UNITA'
	Teli super assorbenti con antibatterico e adesivi :	T04010299	
	- N° 2000 teli super assorbenti a 4 strati mis80x90cm con assorbenza minima 4000ml		2000
	- N° 1000 teli super assorbenti a 4 strati mis130x70cm con assorbenza minima 5000ml		1000
	Proprietà:		
	- Strato superiore in morbido TNT		
	- Strato in film cattura umidità		
	- Strato in polimero super assorbente trattato con antibatterico		
	- Strato inferiore impenetrabile ai liquidi, dotato di adesivi per una perfetta tenuta, compatibile con tutti i tipi di materassi, compresi quelli antidecubito		
	- Privo di lattice		
Il Prodotto deve essere dotato di certificazione rilasciata da ente accreditato per test di compatibilità cutanea e test per la determinazione dell'attività antibatterica.			
Il DM deve essere dotato di marchio CE, iscritto al Repertorio dei DM (CND ed RDM).			



	CPV 19510000-9 – Prodotti tessili per uso Ospedaliero
	Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".
Durata della fornitura	12 (dodici) mesi.