



**FORNITURA DI ADATTATORI MONOUSO PER ANGIODROID CO2
INJECTOR DA DESTINARE ALLA U.O.C DI CHIRURGIA VASCOLARE
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE L'ACQUISTO, QUALE **FABBISOGNO BIENNALE**, DI:

- N. 80 KIT COD. ANG-CO2-0003 MONOUSO DI 2.5 M CON VALVOLA DI NON RITORNO (TIPO LUER-LOCK), FILTRO ANTIBATTERICO E RAMPA DEDICATA.
CND A030401

SONO PRESIDI DEDICATI ALL'INIETTORE A CO2 INV. 80007787 ED INDISPENSABILI PER L'UTILIZZO DELLO STESSO.

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".