



AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI AGHI DI CHIBA PER U.O.C. NEURORADIOLOGIA, U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA, U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI, U.O.C. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO EPATOLOGICO DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	PRODOTTO/DESCRIZIONE		CND	QUANTITÀ TOTALI		
	<p>AGHI DI CHIBA PER PROCEDURE DISCALI, PER BIOPSIA RENALE, PER BIOPSIA CITOLOGICA E PROCEDURE DI PATOLOGIA PRENATALE (AMNIOCENTESI ecc)</p> <p>Misure degli AGHI CHIBA: 18Gx15cm/20Gx15cm/21Gx15cm/18Gx20cm/20Gx20cm 21Gx20cm/21Gx9cm/21Gx11cm</p> <p>Caratteristiche degli AGHI CHIBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punta Quincke - Stopper scorrevole - Cannula centimetrata - Dente di incastro del mandrino - Cappellotto mandrino - Lente di ingrandimento - Marker ecogeno distale - Compatibilità per RM 		A1020102	N. 1950		
	AGHI DI CHIBA - PER OGNI MISURA E QUANTITÀ'					
MISURE	U.O.C. NEURORADIOLOGIA	U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI	U.O.C. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO EPATOLOGICO	U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA	TOT PER MISURA	
18Gx15cm	100				100	
20Gx15cm	350				350	
21Gx15cm	150	100			250	
18Gx20cm			100	50	150	
20Gx20cm			100	100	200	



	21Gx20cm	100	50	100	500	750
	21Gx9cm		50			50
	21Gx11cm		100			100
	TOTALE					1950
<p>AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI RICHIESTI, SONO RICHIESTI N. 2 CAMPIONI PER CIASCUNA MISURA, CHE NON VERRANNO RESTITUITI.</p> <p>CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari</p> <p>Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".</p>						
Durata della fornitura	24 (ventiquattro) mesi.					