



**AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI PER LA
DIAGNOSI DELLA FIBROSI CISTICA DA DESTINARE ALL'U.O.S.D.
LABORATORIO DI GENETICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.G.
MOSCATI DI AVELLINO**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

Oggetto della fornitura e caratteristiche	<table><tr><th>PRODOTTO/DESCRIZIONE</th><th>CND</th><th>QUANTITÀ</th></tr><tr><td> KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA MUTAZIONE DEL GENE CFTR NELLA DIAGNOSI DELLA FIBROSI CISTICA MEDIANTE TECNICA REVERSE DOT-BLOT <u>Il kit deve presentare le seguenti caratteristiche:</u> <u>-Ibridazione inversa su un'unica striscia di nitrocellulosa sulla quale sono immobilizzate sonde oligonucleotidiche che consentono un'ibridazione selettiva per individuare almeno 88 mutazioni;</u> <u>-reattivi liquidi e pronti all'uso per l'intera procedura;</u> <u>-controllo di rilevazione sulla striscia di nitrocellulosa;</u> <u>-strip dedicate alla conferma di mutazioni rilevate nella strip di screening e non appartenenti alle 10 mutazioni rilevate direttamente sulla strip;</u> <u>-miscela di reazione unica per ogni strip di screening;</u> <u>-detection rate almeno del 91,7% secondo il database cftr2;</u> <u>-possibilità di escludere delle analisi delle varianti PolyT, senza utilizzo del software;</u> <u>I test offerti devono essere certificati CE IVD</u> </td><td rowspan="5">W0106010101</td><td rowspan="5">kit per 1200 test</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITÀ	KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA MUTAZIONE DEL GENE CFTR NELLA DIAGNOSI DELLA FIBROSI CISTICA MEDIANTE TECNICA REVERSE DOT-BLOT <u>Il kit deve presentare le seguenti caratteristiche:</u> <u>-Ibridazione inversa su un'unica striscia di nitrocellulosa sulla quale sono immobilizzate sonde oligonucleotidiche che consentono un'ibridazione selettiva per individuare almeno 88 mutazioni;</u> <u>-reattivi liquidi e pronti all'uso per l'intera procedura;</u> <u>-controllo di rilevazione sulla striscia di nitrocellulosa;</u> <u>-strip dedicate alla conferma di mutazioni rilevate nella strip di screening e non appartenenti alle 10 mutazioni rilevate direttamente sulla strip;</u> <u>-miscela di reazione unica per ogni strip di screening;</u> <u>-detection rate almeno del 91,7% secondo il database cftr2;</u> <u>-possibilità di escludere delle analisi delle varianti PolyT, senza utilizzo del software;</u> <u>I test offerti devono essere certificati CE IVD</u>	W0106010101	kit per 1200 test	CPV 33696500-0 – Reattivi per laboratori
	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITÀ					
	KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA MUTAZIONE DEL GENE CFTR NELLA DIAGNOSI DELLA FIBROSI CISTICA MEDIANTE TECNICA REVERSE DOT-BLOT <u>Il kit deve presentare le seguenti caratteristiche:</u> <u>-Ibridazione inversa su un'unica striscia di nitrocellulosa sulla quale sono immobilizzate sonde oligonucleotidiche che consentono un'ibridazione selettiva per individuare almeno 88 mutazioni;</u> <u>-reattivi liquidi e pronti all'uso per l'intera procedura;</u> <u>-controllo di rilevazione sulla striscia di nitrocellulosa;</u> <u>-strip dedicate alla conferma di mutazioni rilevate nella strip di screening e non appartenenti alle 10 mutazioni rilevate direttamente sulla strip;</u> <u>-miscela di reazione unica per ogni strip di screening;</u> <u>-detection rate almeno del 91,7% secondo il database cftr2;</u> <u>-possibilità di escludere delle analisi delle varianti PolyT, senza utilizzo del software;</u> <u>I test offerti devono essere certificati CE IVD</u>	W0106010101	kit per 1200 test					
	Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".							
Durata della fornitura	36 (trentasei) mesi.							



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ
San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ
aornmoscati.it