



**FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO SPECIALISTICO TIPO ANELLO
DI FLIERINGA DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA DELL’AORN
S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

<p>Oggetto della fornitura e caratteristiche</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">PRODOTTO/DESCRIZIONE</th> <th style="background-color: #d9ead3;">CND</th> <th style="background-color: #d9ead3;">QUANTITÀ ANNUALE UNITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Dispositivo medico specialistico tipo Anello di Flieringa: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 14; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 16; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 18. </td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Q0299</td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div> </td> </tr> <tr> <td> Proprietà: <ul style="list-style-type: none"> - Acciaio Inox Austenitico AISI 304/316; - Latex Free; - Finitura lucida o lieve sabbatura; - Sterilizzabile in autoclave - Classe 1, D.L. n°46 del 24/02/1997; - UNI ENI ISO 9001, 13485. </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div> </td> </tr> <tr> <td> Il DM deve essere <u>privo di lattice.</u> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N.2</div> </td> </tr> </tbody> </table>	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITÀ ANNUALE UNITA'	Dispositivo medico specialistico tipo Anello di Flieringa: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 14; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 16; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 18. 	Q0299	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div>	Proprietà: <ul style="list-style-type: none"> - Acciaio Inox Austenitico AISI 304/316; - Latex Free; - Finitura lucida o lieve sabbatura; - Sterilizzabile in autoclave - Classe 1, D.L. n°46 del 24/02/1997; - UNI ENI ISO 9001, 13485. 	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div>	Il DM deve essere <u>privo di lattice.</u>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N.2</div>	
	PRODOTTO/DESCRIZIONE	CND	QUANTITÀ ANNUALE UNITA'									
Dispositivo medico specialistico tipo Anello di Flieringa: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 14; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 16; - n.2 Anelli di Flieringa diametro mm 18. 	Q0299	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div>										
Proprietà: <ul style="list-style-type: none"> - Acciaio Inox Austenitico AISI 304/316; - Latex Free; - Finitura lucida o lieve sabbatura; - Sterilizzabile in autoclave - Classe 1, D.L. n°46 del 24/02/1997; - UNI ENI ISO 9001, 13485. 		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N. 2</div>										
Il DM deve essere <u>privo di lattice.</u>		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N.2</div>										
<p style="text-align: center;">CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari</p> <p>Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".</p>												
<p><i>Durata della</i></p>	<p>12 (dodici) mesi.</p>											



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ
San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ
aornmoscati.it

<i>fornitura</i>	
------------------	--