



AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI KIT MONOUSO E SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE FORMULA DI SERVICE PER LE VARIE UU.OO. DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO.

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

LOTTO 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.U.O.O. Aziendali

KIT MONOUSO E SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE FORMULA DI SERVICE

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 10 sistemi per Ossigenoterapia ad alto flusso aventi le seguenti caratteristiche di minima:

1. generatore di flusso con umidificatore integrato per il trattamento di pazienti pediatrici ed adulti;
2. display multifunzione per la visualizzazione dei parametri di % ossigeno, temperatura e allarmi;
3. pulsanti e/o manopola per il settaggio delle impostazioni e tacito allarmi;
4. temperatura variabile almeno da 33°C a 37°C;
5. flusso di erogazione almeno da 2 l/min a 40 l/min;
6. presenza di allarmi sonori e visivi;
7. controllo FiO₂ regolabile da 21 a 100%;
8. carrelli porta sistema dell'ossigenoterapia su ruote basculanti completo di asta porta sacca;
9. sistema alimentato a corrente;
10. manutenzione Full Risk per il corretto funzionamento dei sistemi per tutta la durata del contratto comprensivo di ricambi filtri, alimentazione ossigeno, kit disinfezione per pulizia e aggiornamento macchina.

Kit monouso ANNUI per un periodo quinquennale, per il trattamento almeno n. 500 pazienti (n. 400 adulti e n. 100 pediatrici), comprensivi di

11. circuito riscaldato contenente la camera di umidificazione;
12. circuito riscaldato contenente la camera di umidificazione con porta integrata per nebulizzazione a membrana vibrante;
13. almeno 400 (n. 300 adulti e n. 100 pediatrici) interfacce monouso cannula nasale annue di varie dimensioni (per terapia a bassi ed alti flussi);
14. tracheostomiche annue;
15. almeno 48 filtri annui;
16. Ogni accessorio, modulo ed opzione disponibile a corredo;

Devono considerarsi inclusi tutti i consumabili necessari per i trattamenti dei pazienti per le varie unità operative richiedenti.

In caso di emergenza e maggiore affluenza di pazienti che necessitano di tale terapia, la società aggiudicataria, dovrà provvedere a fornire apparecchiature in supporto.

(2) opzioni ed accessori

(3) questionario tecnico

Descrivere:

1. Unificatore e tipologia di funzionamento;
2. Display per la visualizzazione dei parametri;
3. Modalità di settaggio parametri;
4. Range di temperatura;
5. Velocità di flusso;
6. Tipologia e modalità di allarmi;
7. Range di FiO₂;
8. Carrello porta sistema ossigeno
9. Tipologia di alimentazione per il sistema;
10. Tipologia della manutenzione;

descrizione dei kit monouso per adulti:

11. N. kit e camera di umificazione
12. N. kit e tipologia di interfacce per i pazienti per l'ossigenoterapia;
13. Tutti gli accessori e opzioni a corredo

descrizione dei kit monouso per pediatria:

14. N. kit e camera di umificazione
15. N. kit e tipologia di interfacce per i pazienti per l'ossigenoterapia;
16. N. kit e tipologia di fissaggio delle cannule nasali;
17. Tutti gli accessori e opzioni a corredo

Quotazione di tutti i consumabili necessari per i trattamenti

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4) Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente

LOTTO 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

T.I.N

KIT MONOUSO E SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE FORMULA DI SERVICE

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 2 sistemi per Ossigenoterapia aventi le seguenti caratteristiche di minima:

1. generatore di flusso con umidificatore integrato per il trattamento di pazienti pediatrici ed adulti;
2. display multifunzione per la visualizzazione dei parametri di % ossigeno, temperatura e allarmi;
3. pulsanti e/o manopola per il settaggio delle impostazioni e tacito allarmi;
4. temperatura variabile almeno da 33°C a 37°C;
5. flusso di erogazione almeno da 2 l/min a 8 l/min;
6. presenza di allarmi sonori e visivi;
7. controllo FiO₂ regolabile da 21 a 100%;
8. Utilizzo dell'aria medica;
9. carrelli porta sistema dell'ossigenoterapia su ruote basculanti completo di asta porta sacca;
10. sistema alimentato a corrente;
11. manutenzione Full Risk per il corretto funzionamento dei sistemi per tutta la durata del contratto comprensivo di ricambi filtri, alimentazione ossigeno, kit disinfezione per pulizia e aggiornamento macchina.
12. Kit monouso ANNUI per un periodo quinquennale, per il trattamento di almeno n. 50 pazienti (neonatali), comprensivi di
13. Almeno N. 50 circuiti;

14. Almeno N. 110 interfacce monouso cannula nasale di varie dimensioni per terapia a bassi ed alti flussi di varie misure (premature neonatale ed infante piccolo);
15. Ogni accessorio, modulo ed opzione disponibile a corredo;

Devono considerarsi inclusi tutti i consumabili necessari per i trattamenti dei pazienti per le varie unità operative richiedenti.

In caso di emergenza e maggiore affluenza di pazienti che necessitano di tale terapia, la società aggiudicataria, dovrà provvedere a fornire un'apparecchiatura in supporto.

(2) opzioni ed accessori

(3) questionario tecnico

Descrivere:

18. Unificatore e tipologia di funzionamento;
19. Display per la visualizzazione dei parametri;
20. Modalità di settaggio parametri;
21. Range di temperatura;
22. Velocità di flusso;
23. Tipologia e modalità di allarmi;
24. Range di FiO₂;
25. Collegamento all'aria medica
26. Carrello porta sistema ossigeno
27. Tipologia di alimentazione per il sistema;
28. Tipologia della manutenzione;

descrizione dei kit monouso per neonatologia:

1. N. kit / circuiti e descrizione degli stessi
2. N. kit e tipologia di interfacce per i pazienti per l'ossigenoterapia;
3. Specificare Tutti gli accessori e opzioni a corredo.

Quotazione di tutti i consumabili necessari per i trattamenti

- 5) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 6) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 7) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 8) Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente

FABBISOGNO ANNUALE.

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".