

n°	Quesito	Risposta
1	In riferimento al lotto 19, siamo a chiedere se il materiale oggetto del lotto, può essere fornito non sterile e sterilizzabile secondo normali procedure standard?	Nel capitolato è specificato che il materiale deve essere fornito già sterile
2	con la presente siamo a chiedere di confermare che per il lotto 15 NON è necessario presentare campionatura.	Per il lotto in oggetto non è stata richiesta la campionatura
3	Al fine di favorire la partecipazione alla procedura del maggior numero di concorrenti e per il principio di equivalenza, chiediamo di poter rispondere al Lotto 58 con pinze bipolari monouso corredate da cavi monouso non integrati, però entrambi completamente compatibili con il generatore in vostro possesso.	Sono richiesti unicamente cavi con sistema di irrigazione integrato dal momento che un cavo esterno creerebbe ovvi e non trascurabili problemi di maneggevolezza
4	campionatura; si chiede di confermare l'indirizzo presso cui spedire la campionatura e il quantitativo richiesto per ciascun lotto in quanto all'allegato 1 nella colonna campionatura è indicato solo SI o NO.	L'indirizzo a cui inviare la campionatura è il seguente: Contrada Amoretta, snc 83100 - Avellino. Palazzina uffici II Piano - Provveditorato Economato. La quantità dei campioni deve essere intesa come singola laddove non sia specificato l'impianto tipo, nel qual caso deve rispecchiare tale configurazione
5	in merito al LOTTO N. 47- CAGE INTERSOMATICHE LOMBARI – indicate un valore di base d'asta unitaria pari ad € 3.000,00, potete meglio specificare se tale valore si riferisce ad un impianto tipo composto da n.1 cage oppure si riferisce ad un impianto tipo composto da n.2 cage? In tale ultima ipotesi, nella colonna "prezzo unitario offerto" del file SCHEDA CARICAMENTO LOTTI, dovrà essere indicato il prezzo d'offerta relativo a n.1 cage singola oppure il prezzo d'offerta relativo all'impianto composto da n.2 cage?	nel lotto 47 non è stato previsto un impianto tipo per cui l'offerta deve prevedere una singola cage.
6	si chiede conferma che dobbiamo indicare i costi per la manodopera anche se trattasi di gara per forniture. Nel caso, possiamo indicare i costi pari a zero?	Si conferma che possono essere uguali a zero per le forniture senza posa in opera così come previsto dall'art.95 comma 10 del Dlgs 50/2016
7	Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:  - Si chiede di confermare che i materiali e le configurazioni dell'imp. Tipo elencate nel file "Elenco_caratteristiche_tecniche_A1" non costituiscano caratteristiche di minima che condizionino l'esclusione dal lotto, ma caratteristiche preferenziali.  - Con riferimento all'impianto tipo richiesto al lotto 35 del file "Elenco_caratteristiche_tecniche_A1", si chiede di confermare che l'impianto tipo sia composto da 1 cage + 1 vite  - Con riferimento all'impianto tipo richiesto al lotto 43 del file "Elenco_caratteristiche_tecniche_A1", si chiede di confermare che la richiesta per viti ad angolo variabile nell'impianto tipo sia in realtà un rifiuto.  - Con riferimento all'impianto tipo richiesto al lotto 43 del file "Elenco_caratteristiche_tecniche_A1", si chiede di confermare che l'impianto tipo non richieda anche 6 dadi di bloccaggio.	In riferimento a quanto richiesto si specifica quanto segue: • i materiali e le configurazioni dell'imp.tipo elencate nel file "Elenco_caratteristiche_tecniche_A1" costituiscono caratteristiche di minima che condizionano l'esclusione dal lotto. • il lotto 35 non prevede un impianto tipo • il lotto 43 prevede viti ad angolo variabile • il lotto 43 prevede dadi di serraggio; probabilmente il quesito si riferisce al lotto 44 che per errore non prevedeva 6 dadi di serraggio che andrebbero invece previsti
8	In merito alla richiesta di campionatura: 1- Potete indicare l'indirizzo a cui inviare la suddetta? 2- E' possibile inviare un unico pacco contenente all'interno la campionatura di più lotti (separatamente identificati) e quindi accompagnare il suddetto pacco con un'unica bolla nella quale indicare i riferimenti dei vari lotti a cui si partecipa e per la quale si invia la relativa campionatura? 3- All'esterno del pacco contenente la campionatura è corretto indicare anche l'oggetto della gara?	1 - Contrada Amoretta, snc - 83100 Avellino (AV) Palazzina Uffici II Piano Provveditorato Economato 2 - E' possibile 3 - E' corretto
9	Relativamente all'imposta di bollo confermate che essa sia di € 16,00 indipendentemente dal numero di pagine della dichiarazione di partecipazione?	Si conferma
10	con la presente si richiede, per il LOTTO 60 se le quantità richieste debbano intendersi al PAIO o al PEZZO.	In riferimento al lotto in oggetto (gambali a gonfiaggio.....) si sottolinea che tali presidii sono sempre utilizzati in coppia e quindi le quantità sono da intendersi al paio.
11	Campionatura : Si richiede chiarimento circa la quantità di campioni da inviare per ogni lotto.	La quantità dei campioni deve essere intesa come singola laddove non sia specificato l'impianto tipo, nel qual caso deve rispecchiare tale configurazione

12	<p>In relazione al lotto N. 30 e N.33 facciamo presente che i prezzi posti a base di gara risultano essere di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Pertanto per poter permettere una più ampia partecipazione dei concorrenti e senza limitare la qualità dei prodotti offerti, siamo con la seguente a voler richiedere di rettificare la base d'asta per i 2 lotti sopra riportati.</p> <p>In relazione al lotto 25 si chiede di voler confermare che trattasi genericamente di patch di origine animale a prescindere che sia di bovino o equino.</p>	<p>Gli importi indicati in fase di predisposizione non saranno modificati. In riferimento al lotto 25 sono accettate entrambe le soluzioni rimanendo comunque facoltà della commissione tecnica la valutazione finale</p>
13	<p>Su quale importo dovremo calcolare la cauzione e di conseguenza l'offerta?</p>	<p>L'offerta va fatta con prezzo unitario cioè del singolo prodotto che il sistema provvederà a moltiplicare in modo automatico per le quantità triennali. Per quanto riguarda la cauzione invece va pagata sugli importi dell'allegato a4 che risultano essere comprensivi dei periodi di rinnovo ed eventuali proroghe.</p>
14	<p>Nella documentazione di gara il lotto n. 64 viene così descritto: "Sistema integrato per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale, RMN compatibile. Cateteri con sensori in titanio preparati sul punto zero".</p> <p>Al fine di poter predisporre una offerta tecnico economica in linea con le esigenze da Voi richieste, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di indicare la marca dei monitor pazienti presenti nei reparti interessati dalla fornitura;</li> <li>• di specificare se l'offerta deve comprendere anche il kit di fissaggio per i cateteri tipo bolt .</li> </ul>	<p>In riferimento a quanto richiesto si specifica che •Il monitor sono quelli in uso alla UOC rianimazione e terapia intensiva che risultano essere GE Solar 8000. •L'offerta deve prevedere bolt di fissaggio</p>
15	<p>In particolare, con riferimento alla campionatura, si chiede di voler cortesemente confermare che, in assenza di ulteriori e specifiche indicazioni nell'Allegato A1, sia sufficiente inviare n. 1 campione gratuito per ciascuna tipologia di prodotto richiesto all'interno del/i lotto/i di partecipazione.</p> <p>Sempre in merito alla campionatura, si chiede altresì di voler chiarire quanto riportato a pag. 21 del Disciplinare – art. 14.1, ove si legge: "Il pacco contenente la campionatura e le schede tecniche dovranno riportare in modo dettagliato il lotto di riferimento offerto", in quanto le schede tecniche vengono già caricate in piattaforma in modalità elettronica.</p> <p>Si chiede pertanto se è necessario inviarle anche in modalità cartacea unitamente alla campionatura o se trattasi di un refuso.</p>	<p>La quantità dei campioni deve essere intesa come singola laddove non sia specificato l'impianto tipo, nel qual caso deve rispecchiare tale configurazione. Per quanto concerne le schede tecniche richieste nella campionatura trattasi di refuso.</p>
16	<p>Campionatura Si richiede chiarimento circa il numero di campioni da inviare per ogni lotto</p>	<p>La quantità dei campioni deve essere intesa come singola laddove non sia specificato l'impianto tipo, nel qual caso deve rispecchiare tale configurazione</p>
17	<p>in riferimento alle cage di cui al lotto n. 47 si chiede di specificare la tipologia di intervento prevista (se Tlif o Plif).</p>	<p>In riferimento al lotto in oggetto la tipologia di intervento prevista è PLIF</p>
18	<p>Lotto 17: è consentito offrire prodotti di materiale equivalente a parità di finalità d'uso? Lotto 18: è consentito offrire prodotti di materiale equivalente a parità di finalità d'uso?</p>	<p>In riferimento a quanto richiesto i materiali devono necessariamente rispecchiare fedelmente quanto richiesto nel capitolato restando comunque nelle facoltà della commissione tecnica la valutazione di eventuali equivalenze</p>
19	<p>Relativamente al Lotto n.44: nelle definizione dell'impianto Tipo NON si fa menzione ai Dadi di Chiusura. Si chiede di confermare che NON vadano conteggiati o se, al contrario, bisogna inserire anche i Dadi e, nel caso, in che numero (Le viti previste sono 6);</p> <p>Relativamente al Lotto n.47: ai fini della definizione dell'Offerta Economica si chiede di specificare quante Cage devono essere conteggiate nell'Impianto Tipo;</p> <p>Relativamente alla presentazione della campionatura si chiede l'indirizzo di spedizione dove devono essere inviati i campioni.</p>	<p>In riferimento a quanto richiesto si specifica che •Il lotto 44 l'impianto tipo deve prevedere anche sei dadi di chiusura •Il lotto 47 non è stato previsto un impianto tipo per cui l'offerta deve prevedere una singola cage •Contrada Amoretta, snc - 83100 Avellino (AV) - Palazzina Uffici II Piano Provveditorato Economato</p>

20	<p>in merito ai requisiti speciali e mezzi di prova di cui all'art.8 del disciplinare di gara, disponete la sola indicazione del requisito di idoneità (punto 8.1) e del requisito di capacità economica e finanziaria (punto 8.2), diversamente all'art.15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-CONTENUTO, nello specifico al punto 15.1 "DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE" alla lettera j) disponete che bisogna dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità Tecnico Professionali di cui all'art 26, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/08 e s. m. i., confermate che tale lettera j) sia un refuso e che al suddetto punto dovrà dichiararsi il SOLO possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, così come a sua volta viene disposto anche al punto 15.2, del medesimo art. 15, relativamente alla compilazione del DGUE parte IV?</p>	Si conferma
21	<p>Relativamente all'offerta economica "SCHEMA CARICAMENTO LOTTI" nella colonna valore offerto confermate che occorre inserire il prezzo complessivo dato da "prezzo unitario per le quantità richieste"?</p>	La colonna valore offerto è calcolata. Bisogna inserire il prezzo unitario ed il sistema, moltiplicandolo per le quantità richieste, calcolerà il valore offerto.
22	<p>In riferimento ai lotti nn. 47, 48 e 49 si chiede cosa si intende con il termine "lordosizzanti". Inoltre si chiede se è accettato anche materiale in PEEK rivestito di Titanio, in quest'ultimo caso anche per quanto riguarda il lotto n. 35.</p>	In risposta a quanto richiesto si specifica che •Le cage devono avere anche un profilo cuneiforme per consentire il recupero della lordosi qualora richiesto. •Può essere accettato materiale in PEEK rivestito di titanio rimanendo comunque facoltà della commissione tecnica la valutazione finale
23	<p>Si chiede cortesemente di specificare la quantità di campioni da fornire ed il luogo della consegna.</p>	La quantità dei campioni deve essere intesa come singola laddove non sia specificato l'impianto tipo, nel qual caso deve rispecchiare tale configurazione
24	<p>Si chiede di chiarire al lotto n. 13 voce B cosa si intenda per TARGHETTA PORTAPLACCA IDENTIFICATIVA; al lotto n. 18 si chiede di poter fornire kit composto da stampo custom made non sterile, PMMA e sistema di miscelazione per la produzione di protesi in sala operatoria.</p>	<p>Si intende la presenza di una targhetta staccabile che ne faciliti il posizionamento e consenta una rapida l'identificazione</p> <p>In riferimento al lotto 18 si ribadisce che il materiale richiesto deve essere realizzato preliminarmente all'intervento e sterile</p>
25	<p>In merito al requisito di capacità economica finanziaria, si chiede conferma di quanto indicato a pagina 12 del disciplinare di gara ed in particolare, essendo la nostra società sprovvista del requisito di capacità di fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta triennale del lotto cui si partecipa, possa produrre due idonee referenze bancarie a copertura del requisito di cui sopra.</p>	Si conferma quanto indicato all'art. 8.2 del disciplinare di gara.