Criteria	Sub criteri	Metodo Valutazione		Punti	%	Punti max	Soluzione proposta	Riscontro in relazione tecnica
<i>VIDEOPROCESSORE, VIDEOECOPROCESSORE E FONTE DI LUCE</i>								
	Cromoendoscopia utili a differenziare diverse tipologie di lesioni	Discrezionale	Saranno valutate il numero di livelli di cromoendoscopia e la specificità nella gestione e prevenzione dei sanguinamenti	3	3,75	3		
	Qualità di elaborazione immagine del sistema superiore a HDtv	Tabellare	4k	3	3,75	3		
			fullhd	1				
	Tipologia e durata del sistema illuminante	Tabellare	Sarà valutato positivamente la maggiore durata e la tipologia di illuminante utilizzata	2	2,50	2		
	Supporto alla caratterizzazione dei polipi (sistema di intelligenza artificiale CAD o CMOS per la caratterizzazione real-time dei polipi del colon)	Tabellare	si/no	3	3,75	3		
	Accessori, Sistema CO2 e pompa di lavaggio	Discrezionale	Saranno premiate le peculiarità degli accessori maggiormente utili ai fini operativi	2	2,50	2		
	Caratteristiche Ecoprocessore/ecografo offerto per esami ecoendoscopici	Discrezionale	Saranno premiate le peculiarità del sistema offerto	2	2,50	2		
	Irrigazione compatibile con tubi monouso e pluriuso	Tabellare	si/no	2	2,50	2		
	Caratteristiche del videoprocessore, videoecoprocessore, fonte luce ed intelligenza artificiale	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	4	5,00	4		
	Gestione worklist, importazione dati e refertazione	Discrezionale	Sarà valutata l'offerta di un eventuale sistema di gestione	2	2,50	2		
<i>VIDEOCOLONSCOPI</i>								
	Magnificazione ottica	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo alla magnificazione maggiore	2	2,50	2		
	Rapporto Canale operativo più ampio possibile Diametro esterno (del tubo flessibile) più contenuto possibile (videocolonscopio lungo)	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo al rapporto minore	2	2,50	2		
	Disponibilità a fornire nella categoria di videocolonscopi lunghi, almeno uno / due strumenti con pallone integrato nella guaina distale dello strumento	Tabellare	si/no	2	2,50	2		
	Caratteristiche complessive dei videocolonscopi	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	3	3,75	3		
<i>VIDEOGASTROSCOPI</i>								

a)	Colonne endoscopiche	Magnificazione ottica	Tabellare	Proporzionale al punteggio massimo alla magnificazione maggiore	2	2,50	2			
		Rapporto Canale operativo più ampio possibile Diametro esterno (Tubo flessibile) più contenuto possibile (Tubo di inserzione)	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo al rapporto minore	2	2,50	2			
		VideogastroscoPIO ultraslim con visione HD	Tabellare	si/no	2	2,50	2			
		Caratteristiche complessive dei videogastroscoPI	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	3	3,75	3			
		<i>VIDEODUODENOSCOPI</i>								
		Dotato di cappuccio distale estraibile monouso	Tabellare	si/no	2	2,50	2			
		Sistema di bloccaggio del filo guida	Discrezionale	Sarà premiato positivamente il sistema a minore stress	2	2,50	2			
		Maggiore angolo di visione in retro	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo all'ampiezza maggiore	2	2,50	2			
		Caratteristiche complessive del videoduodenoscoPI	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	3	3,75	3			
		<i>ENTEROSCOPI</i>								
		Caratteristiche complessive degli enteroscoPI	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	4	5,00	4			
		<i>ECOENDOSCOPI</i>								
		Maggiore flessibilità nelle angolazioni	Tabellare	proporzionale punteggio massimo all'angolazione maggiore	2	2,50	2			
		Angolo di scansione ecografica (radiale)	Tabellare	proporzionale punterggio massimo all'angolazione maggiore	2	2,50	2			
		Angolo di scansione ecografica (lineare)	Tabellare	proporzionale punterggio massimo all'angolazione maggiore	2	2,50	2			
		Rapporto Canale operativo più ampio possibile Diametro esterno più contenuto possibile (ecoendoscopio lineare)	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo al rapporto minore	1	1,25	1			
		Rapporto Canale operativo più ampio possibile Diametro esterno più contenuto possibile (ecoendoscopio radiale)	Tabellare	Proporzionale punteggio massimo al rapporto minore	1	1,25	1			
		Caratteristiche complessive degli ecoendoscoPI	Discrezionale	Sarà valutato positivamente la soluzione maggiormente confacente alle esigenze al reparto e avendo elementi migliorativi non richiesti in gara	3	3,75	3			
		<i>ULTERIORI ELEMENTI DEGLI ENDOSCOPI</i>								
		Sistema di connessione degli strumenti	Discrezionale	Sarà positivamente la soluzione maggiormente comoda e sicura	2	2,50	2			

Subtotale (a)							67		
c)		Pensili	Discrezionale	Saranno valutati positivamente a completezza, i materiali costitutivi	3	3,75	3		
		Cronoprogramma e soluzione progettuale proposta, installazione e tempi di consegna	Discrezionale	Saranno premiate le soluzioni maggiormente confacenti alle esigenze e congeniali alla complessità delle sale	4	5,00	4		
Subtotale (d)							7,00		
c)	Servizio di assistenza tecnica	Presenza centro di assistenza in zona (regione)	Tabellare	on/off	2	2,50	2		
		Servizio di assistenza tecnico proposto	Discrezionale	Saranno valutati positivamente le migliori relative all'assistenza offerte a fronte di quanto richiesto di minima	4	5,00	4		
Subtotale (d)							6,00		
Subtotale (a) + (b)						100	80		
TOTALE						100	80		

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata						
Giudizio	Ottimo	Discreto		Buono	Sufficiente	Insufficiente
Coefficiente assegnato (Cx)	1	0,75		0,5	0,25	0
Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:						
$Pa = Cx * Pmax$						
Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.						