
RISPOSTE AI CHIARIMENTI

1.

RICHIESTA:

Gentilissimi,

Relativamente ai punti di seguito elencati a “pag. 7 del DLISCIPLINARE PUNTO 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” e ripetuti a “pag. 2 del Capitolato di Gara. ART. 2 - IMPORTO, DURATA, QUANTITÀ E CONDIZIONI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO”

- N°200 Kit per estrazione DNA da FFPE e/o tessuto fresco CND W0106
- N° 300 Kit per estrazione di acidi nucleici da sangue intero CND W0106
- N° 40 Kit per estrazione RNA da FFPE e/o da tessuto fresco CND W0106
- N° 40 kit per estrazione di DNA da plasma (cfDNA)

si chiede di confermare che per quanto riguarda l’estrazione si intendano singole estrazioni e non kit (es. N°200 estrazioni DNA da FFPE e/o tessuto fresco CND W0106.

Grazie.

RISPOSTA: Si conferma che per quanto riguarda l’estrazione si intendono singole estrazioni e non pit per tutte le tipologie di kit richiesti.

2.

RICHIESTA:

Buongiorno,

si chiede di confermare che in offerta si possa inserire un canone di noleggio per la fornitura della strumentazione richiesta, sempre restando entro la base d’asta.

Grazie.

RISPOSTA: Non è possibile inserire un canone di noleggio, in quanto trattasi di fornitura in service.