



**AVVISO ESPLORATIVO PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’  
INTERESSE FINALIZZATE ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI  
ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO “  
AFFIDAMENTO DIRETTO” MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI  
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT B)  
NONCHE’ DELL’ ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI  
UNA COLONNA ARTROSCOPICA DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA SO DI  
ORTOPEDIA DELL’ AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

**Allegato b – caratteristiche della fornitura**

**Art. 1 – Oggetto dell’appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, tramite procedura di acquisto di attrezzatura per la SO di Ortopedia, dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta, 83100 di Avellino e prevede la fornitura di:

**1. Colonna artroscopica di ultima generazione per la SO Ortopedia**

**Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura**

1. Le caratteristiche tecniche minime dei sistemi sono:

- N.1 Monitor 32”, tecnologia LED ad alta definizione 4K, dotato di funzione PIP (Picture in Picture), fermo immagine, con possibilità di avere delle impostazioni di colore sia predefinite che personalizzabili.
- N.1 Telecamera con risoluzione nativa 4K. Centralina touch screen, dove regolare tutti i parametri della telecamera (luminosità/guadagno, bilanciamento del bianco, zoom).  
Testina della telecamera leggera ed ergonomica, con peso contenuto di circa 500g. Presenza sulla testina di n.4 pulsanti interamente programmabili per diverse funzioni di utilizzo intraoperatorio (bilanciamento del bianco, zoom, cattura immagini/video, regolazione della luminosità, regolazione ottimizzazione). Obiettivo di 20mm.
- N.1 Sorgente luminosa a LED con durata di circa 60.000 ore.  
Controllo della luminosità sia manuale sia automatico per ottenere l’emissione luminosa ottimale. Meccanismo ergonomico a ganascia universale per ogni tipologia di cavo a fibre ottiche.
- N.2 Cavi luce: diametro di circa 5mm e lunghezza 3 mt, preferibilmente trasparenti per la valutazione dello stato delle fibre ottiche. Tali cavi luce devono essere dotati di funzione di sicurezza per riconoscimento della sconnessione accidentale o volontaria tra il cavo a fibra ottica e l’ottica al fine di evitare ustioni e/o accecamenti accidentali.



- N.2 ottiche 4K 30° diametro 4.0mm, lunghezza operativa 140mm;  
Ottica dotata di lenti asferiche per una migliore definizione dei colori e una minore distorsione delle immagini. Le lenti sia prossimali che distali devono essere protette da finestre in zaffiro, in modo da resistere allo stress da autoclave.
- N.2 camicie diametro circa 5,8 mm a doppio rubinetto rotante
- N.2 otturatore diametro 5 mm con punta atraumatica sottile
  
- N.1 Console di resezione e ablazione integrata per uso combinato del motorizzato shaver e delle sonde RF per l'ablazione dei tessuti, completo di:
  - N.2 shaver a comando manuale disponibile in diverse configurazioni della tastiera
  - N.1 pedale con programmazione dei pulsanti personalizzabile che consenta all'operatore di attivare e comandare il manipolo shaver motorizzato, la sonda elettrochirurgica a radiofrequenza (RF), e gestire le funzioni della pompa artroscopica.
  - Le sonde a RF devono essere dotate di sistema di riconoscimento dell'ottica al fine di evitare danni all'ottica stessa in caso di avvicinamento eccessivo alla sonda a RF.
  
- N.1 Pompa artroscopica con display touch screen, comando a pedale, e integrata con la console resezione e ablazione per ottimizzare il flusso di fisiologica durante l'uso di shaver e delle sonde per ablazione RF. Possibilità di creare profili utenti personalizzati e pre-programmabili. Funzione di monitoraggio e mitigazione della temperatura intrarticolare durante l'utilizzo della radiofrequenza
  
- N.1 Sistema di acquisizione immagini ad alta definizione con ampio display 8" circa con touch screen, che registri, gestisca e archivi immagini digitali e filmati di procedure chirurgiche con risoluzione 4K.  
Formati di registrazione video: Full HD, Ultra High Definition 4K;  
Formati di registrazione immagine: BITMAP – JPEG – TIFF – TGA – PNG;  
Archiviazione dei filmati e delle immagini sia su disco rigido interno di almeno 1 TeraByte, sia su memorie portatili esterne. Il sistema di acquisizione deve permettere di collegare due fonti video e acquisire immagini e video 4K su due canali; creare diversi profili utenti; effettuare lo streaming live del video in risoluzione 4k via WiFi.  
Telecomando wireless.
  
- N.1 carrello per il supporto delle apparecchiature elettromedicali dotato di braccio articolato per monitor, 3 ripiani regolabili in altezza, alloggiamento porta telecamera, cassetto, 4 ruote pivotanti antistatiche con sistema bloccaggio, asta porta flebo telescopica, supporto pedale.
  
- La fornitura deve essere comprensiva di uno starter kit (da non quotare comprensivo nella fornitura) che prevede la fornitura di:
  - N. 50 inflow e n. 50 outflow; Tubolatura inflow e outflow a cassetta per facilitare il settaggio della pompa artroscopica. La tubolatura outflow deve essere dotata di 3 tubi di scarico dedicati per cannula, shaver e RF.
  - N. 50 lame e n. 25 frese; Lame e frese monouso sterili dalle misure di 2,0mm a 5,5mm in diverse configurazioni. Disponibilità di una lama che consenta l'uso combinato di resezione dei tessuti molli ed ossei con un unico dispositivo dotato sia di denti di taglio sia di scanalature.
  - N. 50 Elettrodi a tecnologia bipolare con comandi manuali e diametro da 2,5 a 4,0 sia con aspirazione integrata che senza. Disponibili in diverse configurazioni della punta: 90, 50 e 30.

Tali caratteristiche sono da intendersi vincolanti in termini di requisiti minimi dei sistemi; caratteristiche o prestazioni inferiori a quelle minime comporteranno l'esclusione dell'offerta laddove alcune prestazioni o funzionalità fra quelle indicate fra le caratteristiche minime dovessero essere di esclusiva pertinenza di un marchio di produzione, sono da intendersi "o equivalenti", secondo quanto previsto dalla legge.

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:



*Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino*

*Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.*

1. completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
  2. sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature.
2. Il Fornitore si assume piena ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all'utilizzo che di essi fa l'utilizzatore.

### **2.1 Apparecchiatura**

La consegna dell'apparecchiatura, completa di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazione (“pronto all'uso”) presso il reparto destinatario. Inoltre, l'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica, di prima installazione, di ultima generazione, aggiornata all'ultima release immessa in commercio all'atto dell'ordinativo di fornitura del modello offerto, e “pronta all'uso”.

La consegna deve essere comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera “chiavi in mano”, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

### **Art. 3 – Conformità della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme tecniche di settore**

1. Il sistema medicale e gli accessori ad esso dedicati dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto:
  1. Dal Regolamento UE 2017/745 in materia di Dispositivi Medici;
  2. Dalla Direttiva 93/42/CEE, dalla Direttiva 90/385/CEE e ss.mm.ii. quali la Direttiva 2007/47/CEE.

Gli operatori economici offerenti dovranno presentare dichiarazione di conformità alle Direttive e ai Regolamenti citati.

2. Il dispositivo medico oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5).

### **Art. 4 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività**

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: logistica, posa in opera delle apparecchiature presso la U.O. di destinazione, collaudo in contraddittorio con il personale utilizzatore e del Servizio di Ingegneria Clinica, nonché provvedere all'espletamento per tutto il periodo contrattuale dell'esecuzione del piano di manutenzione preventiva e straordinaria **full risk** come da indicazioni del fabbricante. Il fornitore dovrà provvedere all'espletamento di specifiche sessioni formative per il personale utilizzatore con rilascio di certificazione. Al termine della posa in opera delle attrezzature, dovrà essere cura del fornitore provvedere al trasporto, scarico, raccolta differenziata e smaltimento degli imballi.

### **Art. 5 – Documentazione tecnica richiesta nell'istanza di partecipazione**

La documentazione tecnica dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Scheda tecnico descrittiva dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana;
2. Ogni informazione utile richiesta nel “questionario tecnico” allegato a questo CS;
3. Relazione sull'apparecchiatura proposta e sulla manutenzione full risk da assicurare per il periodo di validità del contratto;
4. Piano per la formazione del personale utilizzatore;
5. Eventuale classificazione (CND, CIVAB, RDM etc.);
6. Dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili siano rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti;
7. Manuale d'uso dei prodotti presentati.

Per ciascun prodotto è fatto obbligo rispondere ai quesiti riportati alla voce “**Questionario Tecnico**”, ove occorrerà descrivere per ogni requisito di minima richiesto, la soluzione proposta.



## **Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà provvedere a:

1. Fornire ed installare le apparecchiature offerte, incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti funzionali all'installazione.
2. Fornire un periodo di garanzia full risk di 24 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di accettazione, redatto in contraddittorio con il personale utilizzatore e il Servizio di Ingegneria Clinica. Tale garanzia full risk dovrà essere onnicomprensiva nulla escluso per parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature, manutenzione programmata come previsto dal produttore, manutenzione correttiva, verifiche di sicurezza con periodicità almeno annuale e verifiche funzionali periodiche.
3. Garantire la formazione e l'addestramento del personale all'uso delle apparecchiature fornite

### **6.1 Consegna e installazione**

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con la UO di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera (tel/fax 0825-203155), con il quale stabilire tempi e modalità di installazione, di collaudo e della formazione al personale utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovrà essere condiviso anche con la U.O. destinataria dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l'immagazzinamento temporaneo. Le attività di consegna delle Apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione, si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio.

**La consegna ed il collaudo di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo e non oltre il 30 novembre 2023.**

**Il collaudo** dovrà essere effettuato **entro 15 (quindici) giorni solari dal termine dell'installazione e non oltre il 30 Novembre 2023**, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione delle penali. Fermo il termine che precede, l'Amministrazione concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- a) Verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella offerta tecnica (ad esempio: marca, modello, ...) e quanto installato;
- b) Accertamento della presenza di tutte le componenti dell'Apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- c) Verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- d) Verifica della conformità dell'Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- e) Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Le Apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito **“Verbale di collaudo”**, firmato dall'Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, le Apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data del relativo verbale verrà considerata quale *“Data di accettazione delle apparecchiature”*. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente.



Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

## 6.2 Formazione degli operatori

Al fine di semplificare e di rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento della nuova Apparecchiatura, il Fornitore dovrà procedere alla formazione del personale sanitario (tecnico e/o infermieristico e/o medico) in un numero di ore indicato in offerta tecnica e nei tempi concordati con l'Amministrazione.

## 6.3 Assistenza tecnica e manutenzione

### 6.3.1 Modalità e condizioni di assistenza

Preso atto della necessità di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza delle apparecchiature offerte, è richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione *full risk per 24 mesi (durata del contratto)*, che dovrà comprendere:

1. Manutenzione preventiva programmata;
2. Manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato;
3. Fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature.

La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:

1. Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione);
2. Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
3. La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti;

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l'aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RL) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

## Art. 7 – Durata e importo del contratto

Il contratto ha la durata di **2 anni** a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo.

L'importo stimato per la fornitura è di **€ 100.000,00 + IVA** è da intendersi comprensivo di fornitura, installazione ed ogni materiale accessorio necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

## Art. 8 – Penali

In caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al presente paragrafo anche cumulativamente, salvo causa forza maggiore.

DESCRIZIONE	PENALE		
	1^ SOGLIA	2^ SOGLIA	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ATTIVITA'			



Consegna, installazione apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° al 30° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	Oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Collaudo apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° al 10° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	Oltre il 11° giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Formazione	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk	fino al 2° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 3° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Ulteriori penalità non previste sopra	fino al 10° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,1 (zerovirgolauno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	dal 11° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	
			L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale, qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi complessivamente considerate, dovessero raggiungere il 10% del valore economico dell'appalto

N.B. Sarà considerato ritardo nella fornitura anche una difformità per quantità e qualità dei beni ordinati rispetto al consegnato



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

*Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino*  
*Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.*