



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 77 D. LGS. 36/2023) PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (ART. 76 D. LGS. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 77 D. LGS. 36/2023) PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (ART. 76 D. LGS. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO "NEUROMODULATORE SACRALE" DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

SCHEDA TECNICA DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura	• n. 7 elettrodi + accessori (kit cavi) - cod. prod. 978B128 - RDM 1930208 - CND J020499 • n. 7 estensioni percutanee - cod. prod. 356022 - RDM 1929605 - CND J020480 • n. 7 verify neurostimolatore esterno - cod. prod. 353101 - RDM 165112 - CND J020499 • n. 17 neurostimolatori ricaricabili Interstim Micro - cod. prod. 97800 - RDM 1929903 - CND J020499 • n. 17 programmatori portatili - cod. prod. TH90P02- RDM 1932500 - CND J020701 Il dispositivo medico richiesto trova indicazioni d'uso per la stimolazione del nervo sacrale, mediante lievi impulsi elettrici inviati tramite un elettrostimolatore impiantato ed un elettrocattetere, in modo da modulare le attività nervose per ripristinare la funzionalità del pavimento pelvico (vescica, intestino, sfinteri). Il sistema richiesto è recharge free (senza ricarica), durata della batteria 10 anni circa.
Durata della fornitura	24 (ventiquattro) mesi.
Importo stimato della fornitura, IVA esclusa	€ 213.000,00
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo