

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “FISSATORI ESTERNI” DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI ORTOPEDIA**Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

| | RIF. | PRODOTTO/DESCRIZIONE | CND | QUANTITÀ ANNUALE UNITA' |
|---|--|---|---|-------------------------|
| | <i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i> | 1 | Kit sterili fissatore esterno di calcagno con le seguenti caratteristiche: monouso, sterile, completo di strumentario e viti ossee per una ricostruzione tridimensionale, composto da 3 morsetti per ospitare le viti ossee, due unità di compressione/distrazione e morsetto posteriore orientabile in varo/valgo, possibilità di posizionare le viti con un'angolazione di +/- 15°, kit unico adatto a calcagno destro e sinistro. Il DM è indicato nelle fratture del calcagno di tipo II, III, IV, permette il miglioramento dei risultati funzionali, riduce al minimo le vie di accesso e l'esposizione, preservando le strutture anatomiche, con diminuzione dei tempi chirurgici e delle complicanze. | P09I204 |
| 2 | | Kit sterili fissatore esterno di gomito con le seguenti caratteristiche: con uno snodo radiotrasparente per facilitare la corretta applicazione del fissatore e da altri elementi di raccordo per connettere il sistema all'omero e all'ulna, deve permettere in maniera intra-operatoria la rigidità del gomito e permettere la distrazione micrometrica dell'articolazione, deve comprendere viti ossee e strumentario dedicato come viti (L 180/30 mm, gambo D 6 mm, fil. 4 mm e L 180/40 mm, gambo D 6 mm, fil. 4 mm), barre (D 12 mm L 150 e D 9 mm L 200 mm), unità di movimento del gomito. Il DM è indicato per le fratture di calcagno anicolari dell'omero distale, instabilità dell'articolazione ulno-omeroale dovuta ai danni dei legamenti collaterali, frattura coronioidea, frattura complessa olecranica, instabilità associata a fratture. Il fissatore permette i risultati funzionali, riducendo al minimo le vie d'accesso e l'esposizione, preservando le strutture anatomiche, con diminuzione dei tempi chirurgici e delle complicanze ad esse correlate. | P09I204 | n. 3 |



| | | | | |
|--|-------------------------|---|---------|------|
| | 3 | Kit sterili fissatore esterno degli arti con le seguenti caratteristiche: con corpo monolaterale, in fibra di carbonio in varie lunghezze e morsetti che garantiscono sicurezza e stabilità anche durante le correzioni angolari, radiotrasparenti, (slitte lunghezze 200 mm, 205 mm, 300 mm, 350 mm, compressore/distrattore con clicker STD e LONG, viti 6/5,6 misure 150/40 mm, 150/50 mm, 150/60 mm, 260/40 mm, 260/50 mm). 11 DM è indicato per la ricostruzione degli arti tipo slitta, migliora i risultati funzionali, riducendo al minimo le vie di accesso e l'esposizione, preservando le strutture anatomiche, comprende le procedure ricostruttive per deformità angolari e rotazionali. | P091204 | n. 2 |
| | 4 | Kit sterili fissatore esterno ginocchio con le seguenti caratteristiche: anelli in fibra di carbonio in confezioni sterili e corpo monolaterale in fibra di carbonio, con ancoraggio di morsetti di diverse tipologie così composto fissatore, barra 300 mm, morsetto, attacco morsetto snodato barra 50 mm, filo kirschner con oliva centrale D. 1,8 x 400 mm, senza oliva D. 1.8 X 400 MM, fissavite universale 4 mm-6 mm, bandierina ad 1 foro, 2 fori, 3 fori, 4 fori, bullone 16 mm, rondella acciaio 2 mm, slitta LRS ADV L 120 mm, snodo, vite cilindrica autopercorante SS L. 180/30mm D 5/6 mm sterile e L. 180/40 mm gambo D 6 mm fil. 5 mm sterile, anello rx modulare 5/8 D 160 mm sterile, 5/8 D 180 mm sterile, 5/8 D 200 mm sterile, rondella confezione da 5 pz, bullone fissafilo confezione da 4 pz, vite 5/5,6 L. 150/40 mm, 6/5,6 L. 150/50 mm, 6/5,6 L 150/60 mm, 6/5,6 L 260/40 mm, 6/5,6 L 260/50 mm. Il DM è indicato per la ricostruzione delle fratture del piatto tibiale, migliora i risultati funzionali riducendo al minimo le vie di accesso e l'esposizione, preservando le strutture anatomiche, con diminuzione dei tempi chirurgici e delle complicanze ad esse correlate. | P091204 | n.3 |
| CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari | | | | |
| Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti". | | | | |
| Importo massimo | € 54.000,00, oltre IVA. | | | |



| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <i>stimato</i> | |
| <i>Durata della fornitura</i> | 12 (dodici) mesi. |