

ALLEGATO B1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

Cover per materassini riscaldanti per l'esigenza del Blocco Operatorio dell'AORN Moscati

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

La fornitura ha ad oggetto l'acquisizione di cover monouso per materassini riscaldanti in comodato d'uso, necessarie alle attività delle sale operatorie dell'AORN Moscati di Avellino per un fabbisogno biennale.

○ Cover monouso relative ai materassini, quantità nr.3500

Aventi le seguenti caratteristiche:

- Biaccoppiate polipropilene/polietilene
- Elastici per corretto fissaggio al tavolo operatorio

○ Materassini riscaldanti, quantità almeno nr.6

Aventi le seguenti caratteristiche:

- Potenza nominale c.a. 25 Watt
- Dimensioni c.a. 100x80 cm
- Spessore del materassino ≤ 5 mm
- Alimentazione 230Vac 56/60Hz con tens. secondaria a 12Vac
- Tipo BF
- Classe IIA
- Lavabile e disinfettabile facilmente e rivestito in PVC biocompatibile
- Grado di protezione dai liquidi della parte attiva del materassino almeno IPX3
- Grado di protezione dai liquidi della parte attiva dell'alimentatore almeno IPX2
- CND Z129099

○ Materassini riscaldanti, quantità almeno nr.4

Aventi le seguenti caratteristiche:

- Potenza nominale c.a. 75 Watt
- Dimensioni c.a. 200x80 cm
- Spessore del materassino ≤ 5 mm c.a.
- Alimentazione 230Vac 56/60Hz con tens. secondaria a 12Vac
- Tipo BF
- Classe IIA
- Lavabile e disinfettabile facilmente e rivestito in PVC biocompatibile
- Grado di protezione dai liquidi della parte attiva del materassino almeno IPX3
- Grado di protezione dai liquidi della parte attiva dell'alimentatore almeno IPX2
- CND Z129099

Si richiede eventuale prova visione dei materassini con campionatura senza reso dei prodotti monouso offerti.

(2) Questionario tecnico

Rispondere in maniera puntuale ai requisiti richiesti nella sezione "(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" nel medesimo ordine e con chiara indicazione della corrispondente pag. del manuale e/o scheda tecnica dove si evince quanto riscontrato.

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema.
- 4) Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.