



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA TRIENNALE DI MICRO VITI CANNULATE E SISTEMA DI VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI DA DESTINARE U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

---

**ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

---

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MICRO VITI CANNULATE E SISTEMA DI VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI DA DESTINARE ALLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO**

**CPV 33190000- 8 Dispositivi e prodotti Medici vari**

| LOTTO | DESCRIZIONE   | QUANTITÀ | CND   |
|-------|---|----------|-------|
| 1     | <p><b>Micro viti cannulate in Lega di Titanio Nikel free per piccole ossa</b></p> <p>Sistema di micro viti cannulate autopercoranti ed autofilettanti con profilo di taglio inverso di diametro 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.2 – 3.5mm con testa e senza testa doppio passo a testa inclinata e a rottura programmata, disponibile in lega di Titanio (Ti6Al4V), per una più elevata biocompatibilità e una migliore qualità dell'indagine RM e TAC, trattata con un procedimento speciale di anodizzazione per migliorare la resistenza superficiale della vite, con testa a basso profilo, che permette una minore irritazione dei tessuti molli.</p> <p>Misure richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Da 0,8 a 48mm di lunghezza</li><li>2. Fili guida da 0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,2 mm di diametro</li></ol> <p>Strumentario dedicato in comodato d'uso gratuito</p> | 200      | P0912 |
| 2     | <p><b>Sistema di viti cannulate autofilettanti/autopercoranti in Acciaio Amagnetico in Titanio Nikel free (Ti6Al4V)</b></p> <p>Per una più elevata biocompatibilità ed una migliore qualità dell'indagine RM e TAC, trattata con un procedimento speciale di anodizzazione per migliorare la resistenza superficiale della vite, con testa a basso profilo, e senza testa che permette una minore irritazione dei tessuti molli.</p> <p>Gamma misure richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vite diam. 6.5 in acciaio da mis. 40 a 120mm</li><li>2. Vite diam. 5.0 in acciaio da mis. 20 a 120mm</li><li>3. Vite diam. 4.0 in acciaio da mis. 14 a 120mm</li><li>4. Vite diam. 6.5 in titanio da mis. 40 a 120mm</li></ol>   | 450      | P0912 |

---

**ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA TRIENNALE DI MICRO VITI CANNULATE E SISTEMA DI VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI DA DESTINARE U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Vite diam. 5.0 in titanio da mis. 31 a 120mm</li><li>6. Vite diam. 4.0 in titanio da mis. 14 a 120mm</li><li>7. Vite diam. 5.0 in titanio da mis. 28 a 30mm</li><li>8. Vite diam. 4.3 in titanio senza testa da mis. 14 a 60mm</li><li>9. Vite diam. 4.0 in acciaio senza testa da mis. 14 a 60mm</li><li>10. Vite diam. 4.0 in titanio senza testa da mis. 14 a 60mm</li><li>11. Vite diam. 6.5 in titanio senza testa da mis. 40 a 85mm</li><li>12. Vite diam. 7.0 in titanio senza testa da mis. 35 a 125mm</li><li>13. Vite diam. 8.0 in titanio da mis. 40 a 30mm</li><li>14. Vite diam. 8.0 in acciaio da mis. 40 a 130mm</li><li>15. Rondelle per viticann. Diam. 4/5/6.5/8mm</li><li>16. Fili filettati per viticann. Diam. 4/5/6.5/8mm</li></ol> <p>Strumentario per impianto in comodato d'uso gratuito</p> |  |  |
|--|--|--|--|

---

---

**ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)