


AO Moscati

L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformità non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformità all'originale informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attività di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.



Impronta del documento digitale originale: 014f24b488a016f79ac12c75428a8489

Identificativo del documento digitale originale: 469264

Protocollo: AOM-0007623-2024 13-03-2024 12:31:26



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

FARMACIA OSPEDALIERA

Contrada Amoretta CITTA' OSPEDALIERA, TEL. 0825/203917

DIREZIONE

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Acquisizione Beni e Servizi
E p. c. All'U.O.C. Chirurgia Vascolare

Oggetto: Richiesta di acquisto Dispositivo Medico "Endoprotesi Toraco Addominali" per varie UOC Chirurgia Vascolare.

Si rimette in allegato la richiesta del Direttore UOC Chirurgia Vascolare, Dott. L. Flora, intesa ad ottenere:

- N. 4 Endoprotesi toraco addominali
CND P070401
Quale presunto fabbisogno annuo

I Dispositivi Medici richiesti consentono il trattamento degli aneurismi toraco-addominali. Devono avere le seguenti caratteristiche:

- Stent disposti a intervalli regolari, suturati al corpo protesico che consenta l'accollamento alla parete vascolare seguendone la tortuosità
- Presenza di n. 4 "inner Branch" tutti e 4 precannulati per un accesso facilitato dei vasi viscerali
- Presenza di 4 diramazioni per la pervietà della mesenterica superiore, del triploide celiaco e delle arterie renali
- Possibilità di estensioni prossimali e distali e corpo biforcuto
- Presenza di markers radiopachi necessari all'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale
- Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata
- Presterilizzazione
- Stent in nitinol e tela di poliestere, accesso femorale non superiore ai 24 FR, disponibilità entro 48 ore.

Il Dispositivo Medico non è presente in gara So.Re.Sa, non è stato inserito del Disciplinare Tecnico della gara Delibera n. 556/2022, è stato inserito nel nuovo Disciplinare Tecnico "Dispositivi Medici per UOC Chirurgia Vascolare", trasmesso con nota AOM-0007588 del 13/03/2024, al lotto n. 52.

L'ultimo acquisto è avvenuto con ordine 33098939 del 30/01/2024, presso la Ditta Medicorp., contratto 4600155544, con scadenza al 16/05/2024, con importo residuo pari a 3500,00 euro, Delibera n. 460/2023.

Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Nicole Mazzeo

Il Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Luciana Giannelli


San Giuseppe Moscati - Avellino

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità

A.O.R.N. "G.MOSCATI" DI AVELLINO
U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE

Direttore: Dott. L.Flora

Al Direttore della Farmacia

Dott.ssa Luciana Giannelli

Oggetto: RdO per endoprotesi addominali e toraciche

Richiesta di rinnovo di RdO per endoprotesi che consentano il trattamento di aneurismi toraco-addominali dotate di inner branch

Lotto n. 1 ENDOPROTESI ADDOMINALI	
Destinazione d'uso	Trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale
Caratteristiche di minima	<ul style="list-style-type: none"> • Stents disposti ad intervalli regolari, suturati al corpo protesico, che consenta l'accollamento alla parete vascolare seguendone le tortuosità; • Presenza di 4 inner Branch Tutti precannulati per accesso facilitato ai vasi viscerali. • Possibilità di estensioni prossimali e distali e corpo biforcato • Presenza di marker radiopachi, necessari per l'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale; • Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata; • Pre-sterilizzazione.
Caratteristiche tecniche aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali Costruttivi: Stent in nitinol e tela in poliestere, • Accesso femorale non superiore ai 24 Fr; • Disponibilità entro 48 ore.
Fabbisogno annuo	<ul style="list-style-type: none"> • 4

tutte le endoprotesi richieste non sono in gara soresa .

Si specifica che i prodotti aggiudicati potranno essere affiancati da analoghi che presentano innovazione tecnologica a parità di condizioni economiche.

Cordiali saluti.

Avellino, 13/03/2024

 Il Direttore
 Dr. L. Flora

 A.O. MOSCATI AVELLINO
 U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE
 Direttore
 Dr. Loris Flora



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

FARMACIA OSPEDALIERA

Contrada Amoretta CITTA' OSPEDALIERA, TEL. 0825/203917

DIREZIONE

Al Direttore Sanitario
All'UOC Acquisizione Beni e Servizi
E p.c. Al Direttore UOC Chirurgia Vascolare

Oggetto: Richiesta acquisto Dispositivi Medici Endoprotesi Toraco Addominali e Endoprotesi Arco Aortico. Riscontro nota prot. n° 7220/23 e nota 7695/23.

Si rimette in allegato la richiesta del Direttore UOC Chirurgia Vascolare, Dott. L. Flora, intesa ad ottenere:

- **Lotto N° 1:**
 - n° 3 Endoprotesi Toraco Addominali. P070401;
- **Lotto n° 2:**
 - N° 2 Endoprotesi dell'Arco Aortico Stent ricoperti cod. prod. BXA097902E C.N.D. P070401.

Quale presunto fabbisogno annuo.

I Dispositivi Medici richiesti consentono il trattamento degli aneurismi toraco-addominali e dell'arco aortico. I Dispositivi Medici sono richiesti con le seguenti caratteristiche:

- **Lotto n° 1:**
 - Stents disposti a intervalli regolari, suturati al corpo protesico che consenta l'accollamento alla parete vascolare seguendone la tortuosità;
 - Presenza di n° 4 "inner branch" tutti e 4 precannulati per un accesso facilitato dei vasi viscerali;
 - Presenza di 4 diramazioni per la pervietà della mesenterica superiore, del tripode celiaco e delle arterie renali;
 - Possibilità di estensioni prossimali e distali e corpo biforcuto;
 - Presenza di markers radiopachi necessari all'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale;
 - Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata;
 - Presterilizzazione.
- **Lotto n° 2:**
 - Composta di un modulo per l'aorta ascendente e di uno per l'arco e l'aorta toracica discendente;
 - Sistema di fissaggio attivo per un collegamento sicuro tra i due moduli;
 - Presenza di una branca per la perfusione del tronco brachiocefalico;
 - Presenza di markers o anelli radiopachi necessari per l'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale;
 - Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata;
 - Presterilizzazione.

Con nota prot. n° 7220/23 il Dott. L. Flora dichiarava che i Dispositivi Medici richiesti non sono presenti nelle gare in uso.

Con nota prot. n° 7657 la Farmacia comunicava al Dott. L. Flora che Dispositivi Medici con stessa indicazione d'uso sono stati aggiudicati con Delibera n° 318/22 a cui afferiscono i seguenti contratti:

- "Endoprotesi toraco-addominali e dell'arco aortico" contratto SIAC n° 4600094740 valido fino al 21/04/2023 Totale Economico previsto € 67.800,00 Totale Economico Residuo € 46.000,00;
- "Endoprotesi fenestrate per l'arco aortico" contratto SIAC n° 4600095237 valido fino al 27/04/2023 Totale Economico previsto € 24.490,00 Totale Economico Residuo € 24.490,00;

A seguito di richiesta di chiarimenti (Prot. n° 7657) il Dott. L. Flora con nota prot. n° 7220 del 07/03/2023 in allegato ha dichiarato che le caratteristiche richieste "sono diverse da quelle già utilizzabili in azienda".

Dai chiarimenti forniti si evince che per il lotto n° 1 la seguente caratteristica è differente tra quanto aggiudicato con Delibera n° 318/22 e quanto richiesto:

- Presenza di "inner branch precannulati"

Tale caratteristica in tempi recentissimi ha individuato un solo Dispositivo Medico prodotto dalla ditta Jotec denominato E-nside.

Recenti studi bibliografici indicano che tale caratteristica trova particolare indicazione d'uso nelle emergenze.[1]

Dispositivi Medici aventi stesse indicazione d'uso ma con caratteristiche differenti sono presenti nell'"Accordo Quadro per la fornitura triennale di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Vascolare" Del. N° 556/22.

I Dispositivi Medici richiesti non sono presenti in So.Re.Sa.

Le possibili ditte produttrici possono essere Ab Medica, Boston Scientific, Cook, Teleflex, Jotec ed altre.

Il Dirigente Farmacista
Dott. Stefano Monica

Il Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Luciana Giannelli

FARMACIA
Dott.ssa Rita Ambrosone
AV 645

[1] E-nside Off-the-Shelf Inner Branch Stent Graft: Technical Aspects of Planning and

Implantation Alexander Zimmermann , Anna-Leonie Menges , Zoran Rancic , Lorenz Meuli , Philip Dueppers , Benedikt Reutersberg *Endovasc Ther.* 2022 Apr;29(2):167-174. doi: 10.1177/15266028211047967. Epub 2021 Sep 27.



A.O.R.N. "G.MOSCATI" DI AVELLINO
U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE
Direttore: Dott. L.Flora

Al Direttore della Farmacia

Dott.ssa Luciana Giannelli

Oggetto: Chiarimenti in riferimento alla RdO per endoprotesi toraco-addominali

La patologia dell'arco aortico e del distretto toraco-addominale è molto complessa e richiede l'utilizzo di materiali selezionati in base all'anatomia e al quadro patologico del paziente.

Pertanto per poter affrontare in sicurezza tale patologia è indispensabile avere a disposizione tutti i presidi esistenti sul mercato anche di recentissima immissione.

Le protesi recentemente richieste nella RDO hanno caratteristiche diverse da quelle già utilizzabili in azienda e averle a disposizione amplia la possibilità di trattamento evitando la migrazione dei pazienti in altre strutture extraregionali con disagio per gli stessi e con costi aggiuntivi per la regione Campania .

Cordiali saluti.

Avellino, 07/03/2023

Il Direttore
A.O. MOSCATI AVELLINO
U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE
Direttore
Dr. Loris Flora



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

FARMACIA OSPEDALIERA

Contrada Amoretta CITTA' OSPEDALIERA, TEL. 0825/203917

DIREZIONE

All'UOC Chirurgia Vascolare

Oggetto: richiesta di acquisto endoprotesi toraco-addominali. Riscontro nota prot. n° 7220/23

In riscontro alla nota in oggetto si comunica che a seguito di sua precedente richiesta (prot. n° 631/22) riscontrata dalla UOC Farmacia (prot. n° 818/22) è stata aggiudicata con Delibera n° 318/22 la "PROCEDURA TELEMATICA, DISTINTA IN 4 LOTTI, PER L'ACQUISTO DI ENDOPROTESI TORACO-ADDOMINALI E DELL'ARCO AORTICO PER LA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE".

In particolare dai controlli effettuati su gestionale informatico SIAC risulta quanto segue:

- Del. N° 318/22 Lotto n° 1 ditta aggiudicataria Cook Italia:
 - "Endoprotesi toraco-addominali e dell'arco aortico" contratto SIAC n° 4600094740 valido fino al 21/04/2023 Totale Economico previsto € 67.800,00 Totale Economico Residuo € 46.000,00;
- Del. N° 318/22 Lotto n° 4 ditta aggiudicataria Crossmed:
 - "Endoprotesi fenestrate per l'arco aortico" contratto SIAC n° 4600095237 valido fino al 27/04/2023 Totale Economico previsto € 24.490,00 Totale Economico Residuo € 24.490,00;

Si resta in attesa di chiarimenti

Il Dirigente Farmacista
Dott. Stefano Monica

Il Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Luciana Giannelli



A.O.R.N. "G.MOSCATI" DI AVELLINO
U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE
 Direttore: Dott. L.Flora

Al Direttore della Farmacia

Dott.ssa Luciana Giannelli

Oggetto: RdO per endoprotesi toraco-addominali

Con la presente si richiedono le seguenti endoprotesi per il trattamento degli aneurismi toraco-addominali:

Lotto n. 1 ENDOPROTESI TORACO ADDOMINALI	
Destinazione d'uso	Trattamento degli aneurismi dell'aorta toraco-addominale
Caratteristiche di minima	<ul style="list-style-type: none"> • Stents disposti ad intervalli regolari, suturati al corpo protesico, che consenta l'accollamento alla parete vascolare seguendone le tortuosità; • Presenza di num. 4" inner branch" tutti e 4 precannulati per un accesso facilitato dei vasi viscerali. • Presenza di 4 diramazioni per la pervietà della mesenterica superiore, del tripode celiaco e delle arterie renali. • Possibilità di estensioni prossimali e distali e corpo biforcuto; • Presenza di marker o anelli radiopachi necessari per l'impianto; • Presenza di marker radiopachi, necessari per l'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale; • Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata; • Pre-sterilizzazione.
Caratteristiche tecniche aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali Costruttivi: Stent in nitinolo e tela in poliestere, • Accesso femorale non superiore ai 24 Fr; • Disponibilità entro 48 ore.
Fabbisogno annuo	<ul style="list-style-type: none"> • 3
	90000E

Lotto n. 2 ENDOPROTESI PER L'ARCO AORTICO	
Destinazione d'uso	Trattamento degli aneurismi dell'Arco aortico
Caratteristiche di minima	<ul style="list-style-type: none"> • Endoprotesi composta di un modulo per l'aorta ascendente ed uno per l'arco e l'aorta torascica discendente. • Sistema di fissaggio attivo per un collegamento sicuro tra i due moduli. • Presenza di una branca per la perfusione del tronco brachiocefalico. • Presenza di marker o anelli radiopachi necessari per l'impianto; • Presenza di marker radiopachi, necessari per l'impianto dell'endoprotesi, posti sia a livello prossimale che distale; • Sistema di introduzione con endoprotesi precaricata; • Pre-sterilizzazione.
Caratteristiche tecniche aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali Costruttivi: Stent in nitinolo e tela in poliestere • Accesso femorale 20f • Disponibile in 48 ore
Fabbisogno annuo	2
	60000E

Tutte le endoprotesi richieste non sono in gara soresa e nel capitolato di gara per le vasculopatie tuttora in utilizzo.

Si specifica che i prodotti aggiudicati potranno essere affiancati da analoghi che presentano innovazione tecnologica a parità di condizioni economiche.

Cordiali saluti.

Avellino, 02/03/2023

Il Direttore
A.O. "MOSCATTI" AVELLINO
U.O. C. CHIRURGIA VASCOLARE
Direttore
Dr. Loris Flora