



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RIUEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI SISTEMI SEMIAUTOMATICI PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI SISTEMI SEMIAUTOMATICI PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Si richiede l'acquisto di:

Sistemi semiautomatici a ghigliottina per biopsia dei tessuti molli tipo Tru-gut

- N. 800..... Mis Ago 16 G X 100 mm
 - N. 400..... Mis Ago 16 G X 150 mm
- (C.N.D. A01020101)

Quale fabbisogno biennale.

Caratteristiche tecniche:

Sistema semiautomatico a ghigliottina con due avanzamenti (10-20 mm) e fermo di sicurezza

Mandrino in acciaio AISI304 non estraibile con punta a triplice affilettatura ed incavo sulla parte terminale per la cattura del campione

Cannula in acciaio AISI 304 centimetrata e punta tranciante

Marker ecogeno interno

Ago con punta tranciante

Confezione sterile e latex – free

Si richiede la campionatura, che non verrà restituita.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretti n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it