



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI LANCETTE DI SICUREZZA PUNGITALLONE DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEONATOLOGIA/T.I.N. DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

---

## *ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA*

---

### **FORNITURA DI LANCETTE DI SICUREZZA PUNGITALLONE DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEONATOLOGIA/T.I.N. DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

Si richiede l'acquisto di:

**N ° 36.000 Lancette di sicurezza Pungitallone in varie misure e nelle seguenti quantità:**

- **N. 4.000 lancette di sicurezza pungitallone misura 0,65 mm di profondità e 1,40 mm lunghezza di incisione per neonati prematuri – C.N.D. V0104;**
- **N. 8.000 lancette di sicurezza pungitallone 0,85 mm di profondità e 1,75 mm lunghezza di incisione per neonati prematuri - C.N.D. V0104;**
- **N. 10.000 lancette di sicurezza pungitallone 2,5 mm di lunghezza di incisione per neonati – C.N.D. V0104;**
- **N. 10.000 lancette di sicurezza pungitallone 1,14 mm di profondità a 2,8 mm di lunghezza di incisione per neonati – C.N.D. V0104;**
- **N. 4.000 lancette di sicurezza pungitallone di 2,00 mm di profondità e 3,00 mm di lunghezza di incisione per bambini – C.N.D. V0104;**

Quale presunto fabbisogno annuo.

I Dispositivi Medici richiesti hanno indicazione d'uso nel prelievo ematico del paziente dal tallone consentendo il prelievo di una quantità di sangue adeguata con minima profondità di penetrazione arrecando meno dolore. Possono essere adoperati anche per neonati prematuri.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, i Dispositivi in oggetto devono essere dotati di:

- **Lama sterile ultra affilata;**
- **Sistema di sicurezza che evita attivazione accidentale;**
- **Taglio ad arco;**
- **Superficie ruvida anti-scivolo;**
- **Diverse misure di profondità e di lunghezza di incisione.**

---

## **ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

**Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"**

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)