



ALLEGATO B - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

FORNITURA TRIENNALE DI MICRO VITI CANNULATE E SISTEMA DI VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI DA DESTINARE ALL'U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO- AFFIDAMENTO DIRETTO

CPV 33190000- 8 Dispositivi e prodotti Medici vari

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CND
1	<p>Micro viti cannulate in Lega di Titanio Nikel free per piccole ossa</p> <p>Sistema di microviti cannulate autopercoranti ed autofilettanti con profilo di taglio inverso di diametro 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.2 – 3.5mm con testa e senza testa doppio passo a testa inclinata e a rottura programmata, disponibile in lega di Titanio (Ti6Al4V), per una più elevata biocompatibilità ed una migliore qualità dell'indagine RM e TAC, trattata con un procedimento speciale di anodizzazione per migliorare la resistenza superficiale della vite, con testa a basso profilo, che permette una minore irritazione dei tessuti molli.</p> <p>Misure richieste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Da 0,8 a 48mm di lunghezza2. Fili guida da 0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,2 mm di diametro <p>Strumentario dedicato in comodato d'uso gratuito</p>	200	P0912
	<p>Sistema di viti cannulate autofilettanti/autopercoranti in Acciaio Amagnetico in Titanio Nikel free (Ti6Al4V)</p>		

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



2	<p>Per una più elevata bio-compatibilità ed una migliore qualità dell'indagine RM e TAC, trattata con un procedimento speciale di anodizzazione per migliorare la resistenza superficiale della vite, con testa a basso profilo, e senza testa che permette una minore irritazione dei tessuti molli.</p> <p>Gamma misure richieste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vite diam. 6.5 in acciaio da mis. 40 a 120mm2. Vite diam. 5.0 in acciaio da mis. 20 a 120mm3. Vite diam. 4.0 in acciaio da mis. 14 a 120mm4. Vite diam. 6.5 in titanio da mis. 40 a 120mm5. Vite diam. 5.0 in titanio da mis. 31 a 120mm6. Vite diam. 4.0 in titanio da mis. 14 a 120mm7. Vite diam. 5.0 in titanio da mis. 28 a 30mm8. Vite diam. 4.3 in titanio senza testa da mis. 14 a 60mm9. Vite diam. 4.0 in acciaio senza testa da mis. 14 a 60mm10. Vite diam. 4.0 in titanio senza testa da mis. 14 a 60mm11. Vite diam. 6.5 in titanio senza testa da mis. 40 a 85mm12. Vite diam. 7.0 in titanio senza testa da mis. 35 a 125mm13. Vite diam. 8.0 in titanio da mis. 40 a 30mm14. Vite diam. 8.0 in acciaio da mis. 40 a 130mm15. Rondelle per viticann. Diam. 4/5/6.5/8mm16. Fili filettati per viticann. Diam. 4/5/6.5/8mm <p>Strumentario per impianto in comodato d'uso gratuito</p>	450	P0912
---	---	-----	-------

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it