



**FORNITURA DI SENSORI PER ENTROPIA DA DESTINARE AL  
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA  
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – *Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	<table border="1"><thead><tr><th><i>RIF.</i></th><th><i>PRODOTTO</i></th><th><i>QUANTITA' - DESCRIZIONE</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Sensori per Entropia</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>n. 3000 Sensori di monitoraggio per la profondità dell'anestesia (codice consigliato M1038681) per i sistemi di anestesia marca Datex Ohmedia mod. AISYS e GE Medical Systems mod. Carestation 750.</li></ul><b>CND N010102</b> Tali sensori rilevano i segnali dell'elettroencefalogramma (EEG) e dell'elettromiografia frontale (FEMG) che vengono elaborati in due parametri State Entropy (SE), cioè stato entropia e Response Entropy (RE).</td></tr></tbody></table>	<i>RIF.</i>	<i>PRODOTTO</i>	<i>QUANTITA' - DESCRIZIONE</i>	1	Sensori per Entropia	<ul style="list-style-type: none"><li>n. 3000 Sensori di monitoraggio per la profondità dell'anestesia (codice consigliato M1038681) per i sistemi di anestesia marca Datex Ohmedia mod. AISYS e GE Medical Systems mod. Carestation 750.</li></ul> <b>CND N010102</b> Tali sensori rilevano i segnali dell'elettroencefalogramma (EEG) e dell'elettromiografia frontale (FEMG) che vengono elaborati in due parametri State Entropy (SE), cioè stato entropia e Response Entropy (RE).
	<i>RIF.</i>	<i>PRODOTTO</i>	<i>QUANTITA' - DESCRIZIONE</i>				
1	Sensori per Entropia	<ul style="list-style-type: none"><li>n. 3000 Sensori di monitoraggio per la profondità dell'anestesia (codice consigliato M1038681) per i sistemi di anestesia marca Datex Ohmedia mod. AISYS e GE Medical Systems mod. Carestation 750.</li></ul> <b>CND N010102</b> Tali sensori rilevano i segnali dell'elettroencefalogramma (EEG) e dell'elettromiografia frontale (FEMG) che vengono elaborati in due parametri State Entropy (SE), cioè stato entropia e Response Entropy (RE).					
<p><b>CPV 33190000- 8 – Dispositivi e prodotti medici vari</b></p> <p><b>Nota:</b> Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte".</p>							
<i>Importo massimo stimato</i>	<b>€ 68.000,00</b> , oltre IVA.						
<i>Durata della fornitura</i>	<b>36 (trentasei) mesi.</b>						