



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

**FORNITURA DI CARRELLO LEVATORE PER CELLE OBITORIALI DA DESTINARE
ALLA U.O. MEDICINA LEGALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

Si richiede l'acquisto di:

carrello elevatore idraulico per celle frigorifere obitoriali, in Acciaio Inox Aisi 304 con telaio elevabile a doppia forbice (così da raggiungere il 3° posto superiore della cella refrigerata già in dotazione presso l'obitorio dell'AORN Moscati), provvisto di bilancia pesa-feretri. Il meccanismo di sollevamento oleodinamico deve essere garantito da pompa idraulica azionata a pedale. Il carrello deve essere provvisto di un regolatore di flusso per evitare che, una volta alzato, non scenda velocemente mettendo a rischio l'operatore, altresì deve disporre di due ruote a corsa libera e due con freno.

Dimensioni carrello porta bare:

- l'elevatore: ingombro massimo da chiuso mm 2400x640
- altezza massima raggiungibile completamente aperto mm 2080
- altezza maniglia da terra spingielevatore mm 910
- sporgenza del pedale mm 190.