

Pubblica	Evaso	Registro di Sistema	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta	Allegato
1	1	PI059224-24	<p>Lotti nn. 8-19-23-25-28-29</p> <p>La Scrivente intende porre alla Vostra attenzione la seguente richiesta di chiarimenti e contestuali considerazioni relative alla determinazione del prezzo posto a base d'asta relativamente Lotti nn. 8-19-23-25-28-29 della procedura in oggetto.</p> <p>Tali basi d'asta non sono in linea con il valore di mercato dei beni e con gli eventuali prezzari (nella specie applicabili per relationem), rendendo impossibile una corretta formulazione dell'offerta.</p> <p>Si evidenzia inoltre come la situazione emergenziale originata dalla diffusione pandemica del COVID-19 e successivamente dal conflitto bellico attualmente in atto ha causato un incremento dei costi del settore medicale, che incidono sulle dinamiche dei prezzi.</p> <p>Gli operatori economici, come la Scrivente, portatori di soluzioni qualitative elevate si vedrebbero pertanto esclusi dalla partecipazione qualora la base d'asta ad oggi individuata non venisse rimodulata.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, si invita, pertanto, codesto Spett.le Ente ad effettuare una rideterminazione del suddetto prezzo a base d'asta, in maniera tale da renderlo adeguato ed in linea con i valori economici e qualitativi di mercato, nel rispetto dei principi fondamentali della massima partecipazione e par condicio.</p>	PI061550-24	Si conferma quanto previsto dagli atti di gara	
1	1	PI059226-24	<p>Lotto 28 - Cuffia aortica o estensioni iliache varie misure vari diametri, compresi di componenti di utilizzo</p> <p>Considerato che il capitolato tecnico richiede varie misure e vari diametri dei dispositivi richiesti (il capitolato si riferisce a più prodotti, CUFFIE AORTICHE E ESTENSIONI ILIACHE e componenti) e che a misure diverse corrispondono prezzi diversi, segnaliamo che non è possibile offrire un prezzo unico per tutte le misure, così come richiesto dalla piattaforma. Per questo motivo, si chiede di confermare la possibilità di inserire nella piattaforma il prezzo medio e poi dettagliare i singoli prezzi unitari nell'allegato offerta economica di dettaglio, valida ai fini degli eventuali ordinativi di fornitura.</p> <p>Cordiali saluti</p>	PI061547-24	Si conferma di inserire il prezzo medio dettagliando i singoli prezzi unitari nell'allegato offerta economica di dettaglio valida ai fini degli eventuali ordinativi di fornitura.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI059275-24	<p>si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>-Nel disciplinare tecnico capitolato allegato B1 e B2 nei lotti con oggetto Palloni per PTA sono riportati come requisiti di valutazione "Evidenza della letteratura" e "Incidenza della media della restenosi". In riferimento a tali elementi di valutazione, per i prodotti come POBA, per quanto di nostra conoscenza non vi sono pubblicazioni specifiche e ne dati sul livello medio di restenosi. Chiediamo quindi conferma trattasi di refuso e che tale dato non verrà considerato per il punteggio.</p> <p>-In riferimento alla campionatura, siamo a chiedere la possibilità di presentare campioni non sterili per i lotti 35 - 42 -52 - 22, essendo lotti ad alto valore economico.</p>	PI061541-24	Si conferma quanto previsto dal capitolato. Non è richiesta la campionatura	

1	1	PI053184-24	Gent.mi, al momento non risulta possibile pagare i contributi ANAC dovuti, il sistema riconosce i CIG dei Lotti come esistenti ma comunica l'impossibilità del pagamento e di contattare la Stazione Appaltante. Grazie, distinti saluti	PI053224-24	<p>importi a favore dell'Autorità</p> <p>Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell'acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell'avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.</p> <p>Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l'impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:</p> <p>Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma</p> <p>IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153</p> <p>CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM</p>	
1	1	PI053399-24	Si chiede gentilmente di confermare la possibilità di offrire nello stesso lotto, la più vasta gamma in termini di tipologia di misure disponibili, al fine di garantire ogni singola caratteristica tecnica e soddisfare ogni esigenza clinica. In particolare si chiede se sia possibile fornire tutte le famiglie di prodotto aventi la medesima indicazione d'uso, ma con nome commerciale diverso e di conseguenza relativa scheda tecnica differente. Si specifica che non si tratterebbe a nostro avviso di offerta alternativa, ma di reale soddisfazione di esigenze cliniche differenti.	PI063206-24	Si conferma. Si conferma quanto rappresentato. Ai fini della valutazione di conformità tecnica e dell'attribuzione dei punteggi tecnici, verrà preso in considerazione un unico prodotto che dovrà essere da Voi esplicitamente indicato.	
1	1	PI053245-24	chiediamo conferma circa la possibilità di inviare campioni non sterili*/scaduti.	PI059668-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI056556-24	, potete allegare nuovamente l'allegato B2, in quanto non si riescono bene a leggere i criteri di valutazione richiesti.	PI062466-24	in allegato	allegato b1 e b2 al capitolato chirurgia vascolare (4).pdf
1	1	PI054363-24	si chiede la possibilità di poter presentare, all'interno dell'offerta tecnica, studi clinici e letteratura scientifica in lingua inglese (originale), perché così pubblicata su riviste internazionali, in quanto una eventuale traduzione in lingua italiana andrebbe ad inficiare sul significato del contenuto.	PI059678-24	Si conferma la possibilità di presentare in lingua inglese(originale)	
1	1	PI054288-24	Con la presente siamo gentilmente a chiedere se è possibile consegnare campionatura non sterile/scaduta.	PI059674-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI059404-24	Con riferimento all'art. 16 "Offerta Economica – Contenuto" del Disciplinare di gara viene richiesto di caricare l'Allegato A6 – Prototipo dettaglio offerta economica L'endoprotesi da noi offerta si compone di più componenti (con prezzi diversi), con differenti codici, misure e RDM. Pertanto si chiede conferma se nell'ultima colonna dell'allegato A6 dobbiamo indicare il valore complessivo della fornitura per l'intera durata della gara (36 mesi) per ogni codice, misura, RDM offerto. Nello specifico volendo inserire tutti i codici, misure ed i relativi RDM sarebbe impossibile inserire ad ogni riga le quantità annuali offerte ed il relativo prezzo complessivo senza rendere poco chiara l'offerta economica.	PI061538-24	1) Si conferma. 2) Nell'ultima colonna, per ogni codice offerto, va riportato il valore offerto (prezzo unitario offerto X quantità offerte). Nel caso, invece, in cui l'O.E. intenda offrire, per il medesimo lotto, più codici aventi prezzo unitario diverso, ai fini del calcolo del valore offerto verrà preso in considerazione il prezzo medio, che sarà ottenuto utilizzando il documento allegato al presente riscontro.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx

1	1	PI058187-24	Buongiorno, nel caso di un lotto che preveda piu' componenti, si chiede se, nel file di Dettaglio Offerta Economica , sia corretto quotare singolarmente i componenti e indicare poi in un'altra riga il totale offerto del Lotto .	PI061570-24	Si chiede di inserire il prezzo medio dettagliando i singoli prezzi unitari nell'allegato offerta economica di dettaglio valida ai fini degli eventuali ordinativi di fornitura.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI058192-24	Come da disciplinare pagina nr. 12 la comprova del fatturato globale annuo per le società di capitali e necessario allegare copie dei bilanci oppure e sufficiente allegare tale dichiarazione ?	PI060930-24	La comprova del requisito in questione può avvenire mediante uno dei documenti di cui al Disciplinare di Gara (par. 6.2 lett. a). Si precisa che la comprova dei requisiti speciali avverrà in capo ai fornitori risultati aggiudicatari.	
1	1	PI058208-24	1)Con riferimento ai lotti 18,20,21 ed in particolare ai criteri di valutazione tecnici "evidenza della letteratura" e "Incidenza media della restenosi" per i quali sono attribuiti rispettivamente 12 e 14 punti, la scrivente vuole evidenziare che per questa tipologia di prodotti è poco frequente la presenza di letteratura scientifica che comprovi l'efficacia, la sicurezza e l'incidenza media della restenosi del dispositivo, trattandosi di prodotti di utilizzo routinario. Per quanto noto alla scrivente si evidenzia che è poco probabile che altri operatori economici presenti sul mercato abbiano a disposizione studi clinici. Alla luce di quanto descritto si chiede di rivalutare l'attribuzione dei punteggi dei lotti sopra citati al fine di consentire il raggiungimento del punteggio massimo pari a 70 punti. 2)Nel caso di partecipazione a più lotti con gli stessi prodotti, è possibile inviare n. 1 pz totale di campionatura? 3)Con la presente si chiede se il Modello Organizzativo ex 231/2001 ed il possesso della certificazione di genere, consentano la riduzione della fidejussione e, rispettivamente, in che percentuali. 4)Si chiede di confermare che la campionatura dovrà essere presentata in un unico plico all'interno del quale verranno inseriti: elenco della campionatura presentata e confezioni originali di vendita, contrassegnate da etichetta sulla quale verrà riportato il riferimento del lotto di gara. 5)Si chiede di confermare la possibilità di presentare prodotti non sterili in confezione non originaria.	PI061568-24	1)si conferma quanto previsto dal capitolato. 2)non è prevista la campionatura. 3)ai fini dell'abbattimento della cauzione provvisoria trovano applicazione le disposizioni di cui al disciplinare di gara e quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.13 del Codice 4) non è prevista la campionatura. 5) non è prevista la campionatura	
1	1	PI050632-24	chiede di poter ricevere l'allegato A4 in formato editabile	PI050636-24	Si rimette allegato A4 editabile	A4 - Scheda Fornitore.docx
1	1	PI050853-24	con riferimento alla campionatura segnaliamo che non è possibile evincere il quantitativo di campioni richiesti dai file "Allegato B 1" e "B Capitolato Speciale di Appalto". Chiediamo pertanto: - numero di campioni richiesti per ciascun lotto; - conferma circa la possibilità di presentare prodotti sterili / scaduti.	PI059669-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI059433-24	Spettabile Azienda la denominazione societaria e la partita IVA rientrano tra i dati sensibili?	PI059687-24	No	
1	1	PI051036-24	Si chiede di specificare cosa si intende per "Documentazione amministrativa priva di dati sensibili".	PI057902-24	Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (ad. es. date di nascita codice fiscale ecc)	
1	1	PI059191-24	LOTTO 47- Buon pomeriggio, per capire se partecipare alla procedura è necessario per noi sapere quali sono le quantità in CC e il tipo di preparato (putty o granuli) richiesti dal VS spettabile Ente. Inoltre, qualora volette misure in cc diverse e tipi diversi, sia granuli che putty, si chiede come quotarli se i prodotti hanno prezzi di listino differenti- si può quotare il prezzo medio? grazie Cordiali saluti	PI061552-24	Il tipo di preparato richiesto è il PUTTY e il GRANULI. Si chiede di quotarli con il prezzo medio dettagliando i singoli prezzi unitari nell'allegato offerta economica di dettaglio valida ai fini degli eventuali ordinativi di fornitura.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI051028-24	Domanda n.1: in riferimento All'Allegato A7 Assolvimento imposta di bollo ci risulta essere non editabile.E' possibile ricevere tale allegato in formato editabile ? Domanda n.2: in riferimento All'Allegato Capitolato Allegato B1 e B2 , qual è Allegato B1 e Allegato B2?	PI051565-24	Domanda n. 1: si rimette in l'allegato A7 editabileDomanda n. 2: nell'allegato "Capitolato allegato B1 e B2" troverete in un unico file entrambi gli allegati. L'allegato B1 fa riferimento alle "Quantità Triennali "e alle "modalità di erogazione", mentre l'allegato B2 fa riferimento ai "Criteri di Valutazione"	A7 - Assolvimento imposta di bollo.docx

1	1	PI051574-24	Si chiede di fornire l'allegato A2 in formato editabile	PI051576-24	Si rimette allegato A2 editabile	A2 - Avvalimento - Dichiarazioni Impresa Ausiliaria.docx
1	1	PI056678-24	SI RICHIEDE COSA SI INTENDA PER DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SENZA DATI SENSIBILI	PI057751-24	Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (ad es. data di nascita, codice fiscale ecc).	
1	1	PI056962-24	Nel lotto 22, per le caratteristiche richieste del prodotto, la base d'asta risulta essere 1/10 più bassa del valore di medio di mercato del tipo di prodotto indicato, per cui si chiede nota di rettifica adeguamento al prezzo medio di mercato.	PI061554-24	Si conferma il capitolato	
1	1	PI056113-24	si richiede se la campionatura può essere presentata anche non sterile.	PI059666-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI056143-24	per la campionatura dei lotti 27,28 e 29 riguardanti le Endoprotesi, visto il costo elevato delle stesse, si richiede se è possibile inviare campionatura non sterile.	PI059680-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI057308-24	Si chiede di confermare che la campionatura richiesta può essere anche non sterile	PI059665-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI057327-24	la presente per richiedere cosa inserire (quali allegati) nello specifico nella sezione "documentazione amministrativa priva di dati sensibili"	PI057750-24	Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (es. data di nascita, codice fiscale ecc)	
1	1	PI058244-24	alla domanda posta da altri competitor " quale documentazione vada allegata al punto del portale in cui si chiede:documentazione amministrativa priva dei dati sensibili", rispondete sempre "Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (es. data di nascita, codice fiscale ecc)". Oltre alla documentazione amministrativa che già dobbiamo caricare nei campi preposti, vedi dgue, domanda ecc. non si capisce esattamente quali documenti dobbiamo caricare i questa parte. A cosa vi riferite esattamente?	PI059690-24	Tutti i documenti costituenti la documentazione amministrativa della ditta	
1	1	PI055331-24	lotti 18-20-21: In merito agli elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione (allegato b1 e b2) facciamo presente che a quanto ci risulta, ad oggi non sono presenti studi scientifici sui palloni tradizionali per PTA ne tantomeno evidenze pubblicate sulla incidenza media di ristenosi, pertanto chiediamo che tali elementi vengano cancellati dalle valutazione	PI061572-24	Si conferma il capitolato	
1	1	PI055333-24	soglia tecnica minima Essendo il punteggio tecnico massimo 70, si ritiene che una soglia minima di 42/70 sia troppo alta, pertanto si chiede di portare detta soglia a 36/70	PI059683-24	Si conferma quanto previsto dagli atti di gara	
1	1	PI050631-24	chiede di poter ricevere l'allegato A1 in formato editabile	PI050637-24	si rimette allegato A1 editabile	A1-Domanda di partecipazione.docx
1	1	PI050634-24	chiede di poter ricevere l'allegato A8 in formato editabile	PI050635-24	si rimette allegato A8 editabile	A8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.docx
1	1	PI050617-24	con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede di poter ricevere i documenti sottoelencati in formato editabile: <ul style="list-style-type: none"> •A1-Domanda di partecipazione •A4 - Scheda Fornitore •A4 - Scheda Fornitore •A8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 	PI050640-24	Si prega di prendere visione della risposta ai chiarimenti con " Registro di Sistema Risposta ", PI050635-24 PI050636-24 e PI050637-24.	
1	1	PI052211-24	Con riferimento alla presente procedura, si chiede cortesemente di chiarire se sia richiesta o meno campionatura entro il termine di presentazione delle offerte, in quanto nel disciplinare è riportato quanto segue: "La campionatura richiesta in confezione originale di vendita deve essere inviata entro i termini di presentazione" e si rimanda all'Allegato B1 "Requisiti minimi, quantitativi e basi d'asta" al Capitolato Speciale d'Appalto, dove però non vengono menzionati i campioni. Al contrario, nel capitolato speciale d'appalto viene richiesta eventuale campionatura in fase di valutazione tecnica, se richiesta dalla stazione appaltante.	PI059671-24	Non è prevista la campionatura	

1	1	PI059327-24	si chiede se necessario presentare campionatura relativa ai lotti 36 - 43 -45 in quanto tale sistema è composto da un generatore che non è possibile offrire in campionatura e non è possibile utilizzare il catetere senza generatore.	PI059664-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI059354-24	Con riferimento all'art. 12.2 -"Campionatura" del Disciplinare di gara finale e all'art. 6 – "Campionatura" del Capitolato Speciale D'Appalto: Si chiede conferma se la "Campionatura" deve essere consegnata in sede di presentazione di gara in quanto Nel Disciplinare di gara è richiesta mentre nel Capitolato Speciale è richiesta solo se ritenuta utile dalla Commissione Giudicatrice in fase di valutazione tecnica;	PI059663-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI059362-24	si chiede qualche giorno di proroga in quanto siamo in attesa di riscontro ad un chiarimento relativo alla campionatura, senza il quale non è garantita la consegna entro la scadenza della gara.	PI059661-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI059367-24	Con riferimento all'art. 16 "Offerta Economica – Contenuto" del Disciplinare di gara viene richiesto di caricare l'Allegato A6 – Prototipo dettaglio offerta economica del materiale offerto . 1)Si chiede se nell'Allegato A6 – Prototipo dettaglio offerta economica bisogna indicare tutti codici, misure, RDM dei componenti che compongono l'Endoprotesi offerta; 2)In caso affermativo, si chiede, cosa indicare nell'ultima colonna in quanto viene chiesto il prezzo complessivo della fornitura per l'intera durata della gara (36 mesi);	PI061540-24	Si chiede di inserire il prezzo medio dettagliando i singoli prezzi unitari nel documento offerta economica di dettaglio che viene allegato al presente riscontro.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI052504-24	con la presente siamo gentilmente a chiedere il numero di pezzi da presentare come campionatura per singolo lotto.	PI053228-24	è richiesto un solo pezzo di campionatura per ogni lotto che si intende partecipare	
1	1	PI054542-24	si chiede se possibile inviare dei campioni scaduti ma nella confezione originale.	PI059679-24	Non è prevista la campionatura	
1	1	PI052867-24	per il lotto n. 38 la quotazione è al di sotto del prezzo di mercato. Si chiede di aumentare la base d'asta, Cordiali saluti	PI057920-24	Si conferma quanto previsto dagli atti di gara in particolare nell'allegato B3 dove sono indicati i quantitativi triennali e base d'asta	
1	1	PI052808-24	siamo a chiedere indicazioni in merito alla campionatura, non presente nei documenti di gara l'Allegato B1 "Requisiti minimi, quantitativi e basi d'asta" al Capitolato Speciale d'Appalto.	PI053230-24	è richiesto un solo pezzo di campionatura per ogni lotto che si intende partecipare	
1	1	PI054854-24	Si chiede se ai fini della valida partecipazione, sia possibile produrre polizza fideiussoria ridotta del 20% in virtù del mero possesso del rating di legalità.	PI060945-24	Ai fini dell'abbattimento della cauzione provvisoria trovano applicazione le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara e quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.13 del Codice.	
1	1	PI053838-24	Gentilissimi, si richiede: - la possibilità di non fornire campionatura per i lotti aventi come oggetto endoprotesi, dato l'elevato costo dei prodotti - la possibilità di non fornire campionatura per i lotti aventi come oggetto prodotti custom made, in particolar modo endoprotesi custom, data la difficoltà di ottenimento e l'elevato costo del prodotto - informazioni circa il criterio "packaging" e la sua valutazione - chiarimenti circa la differenza tra i criteri "dimensioni in French del device" e "Profilo di attraversamento (crossing profile)" - in riferimento al criterio "incidenza media dei leak periprotesici", si chiede la conferma che sia possibile riportare i dati da una pubblicazione scientifica - in riferimento al lotto 37, si chiede se, data la richiesta di branches, queste siano da includere nell'offerta o meno. Se sono incluse, si chiede la modalità di offerta di tali componenti e i quantitativi per impianto richiesti. Inoltre, se i branch sono da includere nell'offerta, si fa notare come questo comporti una discrepanza di offerta tra un device custom "solo corpo" (come con fenestrate, scallop) e un device con branch. Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti	PI061559-24	- non è prevista la campionatura- non è prevista la campionatura- si valuta la composizione del kit procedurale- valutazione del french del device e della idroflicità della protesi-le branche non sono richieste	
1	1	PI055842-24	si chiede conferma della possibilità che si possano offrire, nello stesso lotto, dispositivi con nomi commerciali differenti a completamento di gamma.	PI063203-24	Si conferma quanto rappresentato. Ai fini della valutazione di conformità tecnica e dell'attribuzione dei punteggi tecnici, verrà preso in considerazione un unico prodotto che dovrà essere da Voi esplicitamente indicato.	

1	1	PI056644-24	con riguardo al lotto 47, sarebbe possibile sapere le dimensioni e la capacità in c.c. del prodotto richiesto?	PI061557-24	2,5 cc	
1	1	PI056958-24	Stante quanto richiesto dall'art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE, ed in particolare all'"Esecuzione nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno n. 2 forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto (ovvero CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari)", al fini di estendere la possibilità di partecipare alla procedura di affidamento a tutti gli Operatori Economici presenti sul mercato dei dispositivi medici, si chiede di confermare che il CPV 33190000-8 summenzionato sia indicato a fini meramente esemplificativi e non esaustivi e che pertanto sia possibile inserire forniture analoghe con un CPV comunque riferibile a dispositivi medici.	PI061555-24	si conferma	
1	1	PI057177-24	con riferimento ai lotti 18, 19, 20, 21 chiediamo il seguente chiarimento: In merito al criterio di valutazione "Incidenza media della restenosi" i palloni da PTA facendo solo un'azione meccanica e non facendo terapia hanno risultati che sono clinicamente sovrapponibili per tutti i palloni da PTA in commercio. L'unica differenza può essere solo nella riuscita o meno del trattamento per le caratteristiche fisiche e meccaniche del palloncino da PTA utilizzato (es: profilo di punta, pressioni, tempi di sgonfiaggio, ecc). Tenendo in considerazione quanto sopra, è possibile utilizzare un valore generico di restenosi per l'utilizzo di questo tipo di device o, ancor meglio, non dare un punteggio a questo tipo di caratteristica richiesta essendo un criterio non caratterizzante per questa tipologia di device/trattamento?	PI061553-24	si conferma quanto previsto dagli atti di gara	
1	1	PI053444-24	Chiarimenti allegato B3 - Lotti n 3 , 25, 23 e 24 Buongiorno in riferimento all'ALLEGATO B3 Risultano essere corrette la seguenti indicazioni dei seguenti lotti ? LOTTO N. 3: 200 PEZZI ANNI PER UN TOTALE DI € 30.00 per 36 mesi = € 50 a BASE D'ASTA AL PEZZO LOTTO N. 25: Per quanto riguarda la descrizione del lotto n.25 ci risulta che lo stent autospandibile non aumenta del 20% del suo diametro. Per quanto riguarda le seguenti indicazioni di quantità e importi vi risultano essere corrette? IMPORTO TOTALE € 525.000,00 per 36 mesi = Importo ANNUALE € 175.000 diviso 150= € 1.166,00 a BASE D'ASTA AL PEZZO LOTTO N. 23: Per quanto riguarda le seguenti indicazioni di quantità e importi vi risultano essere corrette? IMPORTO TOTALE€ 1.200.000,00 per 36 mesi = Importo ANNUALE € 400.000,00 diviso 400= € 1.000,00 a BASE D'ASTA AL PEZZO LOTTO N. 24: Per quanto riguarda le seguenti indicazioni di quantità e importi vi risultano essere corrette? IMPORTO TOTALE€ 100.000,00 per 36 mesi = Importo ANNUALE € 33.333,24 diviso 100= € 333,34 a BASE D'ASTA AL PEZZO	PI053578-24	Si Comunica che si è provveduto a rettificare l'allegato B3 in quanto veniva riportata la dicitura quantitativo annuale in luogo di quantitativi Triennale.	allegato B3 DA rettificato.pdf
1	1	PI056020-24	si chiede cortesemente di indicare il codice ufficio ed il codice tributo per la compilazione del modello F24 ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo.	PI063205-24	Codice Tributo: 1573.	
1	1	PI056145-24	Con riferimento al lotto n. 10, si chiede di chiarire quante unità annuali vengono richieste, essendo il totale triennale pari a 1000. Grazie	PI059928-24	Per tutti i lotti è stato indicato un fabbisogno triennale.in riferimento al lotto 10 è richiesta una quantità annuale di circa 333 unità	
1	1	PI056149-24	Buongiorno, anche per i lotti 18, 20 e 21, si chiede di precisare quante quantità annuali debbano essere considerate. Grazie	PI060934-24	per tutti i lotti è stato indicato un fabbisogno triennale.in riferimento al lotto 18 è richiesta una quantità annuale di circa 166 . in riferimento al lotto 20 è richiesta una quantità annuale di circa 133. in riferimento al lotto 21 è richiesta una quantità annuale di circa 166.	

1	1	PI056116-24	<p>Nella descrizione della polvere emostatica da voi richiesta al lotto 40(Emostatico in polvere pronto all'uso composto da particelle di Polisaccaride totalmente riassorbibile erofiliche da utilizzarsi per il controllo di sanguinamenti arteriosi e venosi nelle procedure chirurgiche o traumatiche. L'emostasi avviene in pochi minuti anche nei casi più seri senza tener conto dello stato coagulato del paziente. Dosaggi 1,2,3,5 e applicatore da 14 cm e 38 cm) sono state inserite 2 misure di cannule che sono invece specifiche di una unica produzione e questo naturalmente impedisce la partecipazione al vostro avviso esplorativo a qualunque altra azienda che non abbia a catalogo le misure precise che voi indicate, cioè cm 14 e 38.</p> <p>Facciamo presente che la polvere emostatica da noi venduta da anni, Haemocer, prodotta dalla Biocer in Germania, leader assoluto di mercato in Campania da molti anni è dotata a catalogo di 2 misure di cannule con caratteristiche addirittura migliorative rispetto a quelle da voi richieste, e di misura leggermente più lunga, cm 18 e 44. Anche questa caratteristica migliorativa, e non peggiorativa, in quanto ogni chirurgo sa bene che, laddove deve lavorare in profondità, un applicatore più lungo consente di raggiungere siti operatori più profondi, ma se serve una lunghezza minore basta non utilizzare l'applicatore per tutta la sua lunghezza utile, in altre parole la lunghezza maggiore è solo un vantaggio e non uno svantaggio. Ovviamente solo se ci autorizzate ad offrire le nostre cannule come equivalenti ai fini della funzionalità e finalità d'uso, come da art 79 del Dlgs 36/2023 principio di equivalenza, potrete godere del vantaggio di avere più di una offerta valida e una reale concorrenza. Pertanto, vi chiediamo ufficialmente di essere autorizzati ad offrire come equivalenti alle misure da voi richieste le nostre cannule, peraltro migliorative per tanti altri motivi, lunghezza cm 18 e 44.</p>	PI061558-24	<p>si conferma capitolato. È possibile presentare anche misure da 18 a 44 fermo restando che la valutazione avverrà sulla base di quanto previsto dagli atti di gara</p>	
1	1	PI056133-24	<p>Buongiorno, la presente per richiedere quale documentazione vada allegata al punto del portale in cui si chiede:documentazione amministrativa priva dei dati sensibili</p> <p>grazie</p>	PI057761-24	<p>Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (ad es. data di nascita, codice fiscale ecc).</p>	
1	1	PI052009-24	<p>Lotto 39: Vengono richiesti 500 Kit nastro vascolare misure e colori vari. Si chiede di specificare le quantità in pezzi di nastro componenti il Kit.</p>	PI061566-24	<p>Si chiede di offrire Tre misure (piccole, media, grande) offrendo il prezzo medio e poi dettagliare i singoli prezzi unitari nell'allegato al presente riscontro.</p>	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI051583-24	<p>ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo tramite F"§ si chiede quale sia il codice tributo.</p>	PI052150-24	<p>Il codice tributo è il seguente: 1573</p>	
1	1	PI051407-24	<p>si chiede conferma che i formati editabili inviati in risposta ai quesiti della precedente indiz. di gara, sono tutt'ora validi.</p>	PI051573-24	<p>I formati editabili sono presenti nella documentazione caricata in piattaforma e nelle Risposte ai Chiarimenti con Registro di Sistema n. PI050635-24, PI050636-24, PI050637-24 e PI051565-24.</p>	
1	1	PI053150-24	<p>sul disciplinare di gara viene indicato l'invio della campionatura nelle q.tà e per i lotti di cui all'allegato B1 - Potete gentilmente indicare in quale punto di tale allegato sono state riportate tali segnalazioni? .. non risultano.</p>	PI053231-24	<p>è richiesto un solo pezzo di campionatura per ogni lotto che si intende partecipare</p>	
1	1	PI054969-24	<p>con riferimento alla Vs Risposta PI053230-24, relativamente alla camoionatura da spedire entro il termine di presentazione delle offerte, si chiede di voler cortesemente confermare che non sia richiesto l'invio di campioni relativamente ai lotti aventi ad oggetto dispositivi custom made.</p>	PI059667-24	<p>Non è prevista la campionatura</p>	
1	1	PI053306-24	<p>in relazione alla campionatura è possibile presenatree prodotti NON sterili ma contenuti nelle confezioni originali di vendita?</p>	PI059672-24	<p>Non è prevista la campionatura</p>	
1	1	PI057769-24	<p>In merito alla Vs. risposta chiarimenti: Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (ad es. data di nascita, codice fiscale ecc). dobbiamo oscurare i dati anche da procure notarili, dichiarazioni varie.....dati peraltro PUBBLICI - si chiede Vs- motivazione.</p>	PI059692-24	<p>Tutti i documenti costituenti la documentazione amministrativa della ditta</p>	
1	1	PI057788-24	<p>per il lotti nei quali è indicato "conto vendita", potete chiarire se con tale dicitura si intenda un ordine di acquisto?</p>	PI062465-24	<p>Si intende ordine di acquisto</p>	

1	1	PI053396-24	<p>Si inviano i seguenti chiarimenti:</p> <p>-al lotto n. 1 la descrizione richiede "Cateteri angiografici diagnostici 4 – 5 Fr portanti guida da 0.038, lunghezza da 60 a 125 cm, Resistenza pressoria sino a 1200 psi max . In tutte le configurazioni disponibili", ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p> <p>-Stessa cosa per il lotto 16, la descrizione richiede "Guide teflonate comparibili 0,35 lunghezze varie j tip Vascolare periferica" ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p> <p>-Idem per il lotto 17, la descrizione richiede "Guide vascolari periferiche extra stiff, conformazione: retta e curva Lunghezza della punta flessibile da 1 a 7 cm." ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p> <p>Cordiali Saluti</p>	PI061565-24	L'assenza di rivestimento idrofilico non comporta l'esclusione, qualora il dispositivo offerto fosse in possesso del rivestimento idrofilico verrà valutato con relativo attribuzione del punteggio	
1	1	PI053398-24	<p>in merito alla procedura in oggetto, chiediamo gentilmente di confermare che le certificazioni ISO, i marchi CE, le relative dichiarazioni di conformità e la letteratura scientifica possano essere inviate in lingua originale.</p>	PI059684-24	Si conferma	
1	1	PI053397-24	<p>si invia di seguito richiesta di chiarimento:</p> <p>-al lotto n. 1 la descrizione richiede "Cateteri angiografici diagnostici 4 – 5 Fr portanti guida da 0.038, lunghezza da 60 a 125 cm, Resistenza pressoria sino a 1200 psi max . In tutte le configurazioni disponibili", ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p> <p>-Stessa cosa per il lotto 16, la descrizione richiede "Guide teflonate comparibili 0,35 lunghezze varie j tip Vascolare periferica" ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p> <p>-Idem per il lotto 17, la descrizione richiede "Guide vascolari periferiche extra stiff, conformazione: retta e curva Lunghezza della punta flessibile da 1 a 7 cm." ma poi nei criteri di valutazione vengono dati 12 punti alla presenza del rivestimento idrofilico (idrofilia che non viene richiesta nella descrizione del lotto).</p>	PI061563-24	L'assenza di rivestimento idrofilico non comporta l'esclusione, qualora il dispositivo offerto fosse in possesso del rivestimento idrofilico verrà valutato con relativo attribuzione del punteggio	
1	1	PI053716-24	<p>A pagina 26 del Disciplinare di gara, punto 14, si legge "Documentazione amministrativa priva di dati sensibili". Si chiede di specificare che tipo di documentazione è necessario produrre.</p>	PI057789-24	Dovranno essere caricati tutti i documenti amministrativi oscurando i dati sensibili personali (ad.es. data di nascita codice fiscale ecc).	
1	1	PI060952-24	<p>Nel caso in cui, per più lotti, sia possibile offrire misure diverse cui corrispondono prezzi diversi, come va presentata l'offerta?</p>	PI060954-24	In tal caso, l'O.E. dovrà indicare il prezzo unitario medio offerto che, moltiplicato per le quantità richieste, determinerà il valore complessivo offerto per il lotto. Al riguardo, si allega apposito modello ai fini della determinazione dell'offerta economica analitica.	Modello Offerta Economica Analitica_Prezzo Medio.xlsx
1	1	PI052786-24	<p>si chiede cortesemente di indicare le quantità da inviare come campionatura.</p>	PI053229-24	è richiesto un solo pezzo di campionatura per ogni lotto che si intende partecipare	
1	1	PI053617-24	<p>si segnala che per il lotto n. 38 la quotazione è al di sotto del prezzo di mercato, e si chiede un aumento della base d'asta.</p> <p>RIFERIMENTO LOTTO 52</p>	PI061561-24	Si conferma il capitolato	
1	1	PI058805-24	<p>QUESITO:Si chiede di rivedere la base d'asta che non risulta congrua rispetto ad altri prezzi praticati sul mercato.</p>	PI061569-24	Si conferma capitolato	
1	1	PI058887-24	<p>si richiede se il triennio da prendere in considerazione per i requisiti sia 2021-2022-2023</p>	PI059689-24	Devono essere presi in considerazione gli ultimi tre esercizi finanziari approvati dalla Azienda	
1	1	PI059225-24	<p>Lotto n. 29 endoprotesi vascolare aorta toracica con e senza uncini, rette e rastremate, fino a 25. Si segnala che, per quanto di nostra conoscenza, la descrizione del lotto n. 29 con evidenza della misura dei 25 cm, identificherebbe una sola impresa produttrice. Si chiede di rivedere la descrizione del lotto per consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara.</p>	PI061548-24	Si conferma capitolato in quanto è richiesta la misura fino a 25 quindi anche inferiore	