

---

## ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

---

### FORNITURA DI SISTEMI SEMIAUTOMATICI PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Si richiede l'acquisto di:

Sistemi semiautomatici a ghigliottina per biopsia dei tessuti molli tipo Tru-gut

- N. 800..... Mis Ago 16 G X 100 mm
  - N. 400..... Mis Ago 16 G X 150 mm
- (C.N.D. A01020101)

Quale fabbisogno biennale.

Caratteristiche tecniche:

Sistema semiautomatico a ghigliottina con due avanzamenti (10-20 mm) e fermo di sicurezza

Mandrino in acciaio AISI304 non estraibile con punta a triplice affilettatura ed incavo sulla parte terminale per la cattura del campione

Cannula in acciaio AISI 304 centimetrata e punta tranciante

Marker ecogeno interno

Ago con punta tranciante

Confezione sterile e latex – free

### ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”  
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino [www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)

