



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI KIT PER ASPIRAZIONE ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE DEL BASSO RETTO

N. 100 kit per aspirazione endoluminale CND M0407 così composti:

- spugna in poliuretano a pori aperti di diametro di circa cm 3.4 X 6.5 cm connessa ad un drenaggio CH 12 in PVC lunghezza circa cm 42;
- n. 2 tubi rinforzati da introdurre in cavità facendoli scorrere sul colonscopio lunghezza 29 cm con punta arrotondata rastremata diametro mm 12 mm- 15 mm e 16 mm- 19 mm circa utilizzati per introdurre la spugna in cavità;
- tubo di collegamento a Y per raccordare la spugna al contenitore di vuoto dotato di raccordo Luer Lock e clamp di chiusura

N. 200 Recipienti di raccolta graduato massimo cc 70 circa dotato di vuoto con valvola di regolazione e scala di misura della capacità di vuoto restante.