

Scheda prodotti

- N° 13.000 cassette per processazione di campioni istologici colore bianco CND W05030501;
- N° 8.000 cassette per processazione di campioni istologici colore giallo CND W05030501;
- N° 4.000 cassette per processazione di campioni istologici di colore rosa CND W05030501.

Il Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro richiesto ha indicazione d'uso nelle procedure di processazione di campioni istologici.

Il Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro viene richiesto con le seguenti caratteristiche:

- In materiale di alta qualità resistente all'azione chimica dei reagenti e dei decalcificanti per istologia;
- Diffusione omogenea dei reagenti;
- Dotate di doppio sistema di chiusura che garantisca una perfetta tenuta durante la processazione;
- Munite di spazio di scrittura per l'identificazione del campione;
- Coperchio attaccato facilmente staccabile e richiudibile;
- Preimpilate e compatibili con le stampanti Leica IPC (inventario n° 80008875) e Histo-Line Dakewe C100 (inventario n° 80008742)