



---

***ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA***

---

**FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO "AGENTE VOLUMIZZANTE" DA  
DESTINARE ALL'U.O.S.D. UROLOGIA FUNZIONALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI  
DI AVELLINO**

N° 3 fiale da 3 ml di agente volumizzante biocompatibile per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-uretrale.

CND **P900403**.

Quale fabbisogno **annuo**.

Il Dispositivo Medico richiesto ha indicazioni d'uso per il trattamento dell'incontinenza urinaria dovuto a reflusso vescico-uretrale. Trovano indicazione d'uso diagnostico e terapeutico per patologia del basso tratto urinario.

Il Dispositivo Medico viene richiesto con le seguenti caratteristiche:

- Non riassorbibile;
- Formato da particelle (agente volumizzante) immerse in un veicolante biocompatibile non metabolizzabile;
- Diametro medio delle particelle circa 300 µ;
- In grado di garantire la non migrazione né locale né regionale né distale;
- Non deve necessitare di dispositivi ausiliari per permetterne l'estrusione;
- In grado di garantire una crescita minima di tessuto fibrotico attorno l'impianto.