



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI SET PER DRENAGGIO TORACICO NEONATALE E AGHI SPINALI NEONATALI DA DESTINARE ALLE UU.OO. DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

LOTTO 1 - SET COMPLETO DRENAGGIO TORACICO NEONATALE

N. 6 Set Completi per drenaggio toracico neonatale quale fabbisogno annuale
CND A060202

Descrizione Tecnica

Il Set deve contenere:

- 1 drenaggio trequarti in PVC per neonati 8 Fr con lunghezza 8 cm;
- 1 ago lungo 38 mm G18 per l'aspirazione dell'anestetico;
- 1 ago lungo 38 mm G21 per anestesia locale;
- 1 ago lungo 90 mm G18 per puntura esplorativa;
- 1 valvola doppia per aspirazione;
- 1 sacca in plastica con raccordo per raccogliere il liquido aspirato;

Quale presunto fabbisogno annuo.

LOTTO 2 - AGHI SPINALI NEONATALI

N° 75 Aghi Spinali con punta tipo Quincke C.N.D. A01030101 nelle seguenti misure e quantità:

- N° 50 Aghi Spinali con punta tipo Quincke nella misura G22;
- N° 25 Aghi Spinali con punta tipo Quincke nella misura G20;

Quale presunto fabbisogno annuo.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



Il Dispositivo Medico richiesto ha indicazione d'uso per punture o iniezioni, infiltrazioni locali di anestetico, anestesia epidurale, puntura epidurale, puntura spinale.

Il Dispositivo Medico viene richiesto con le seguenti caratteristiche:

- Gauge 22 x 1.50 IN Misura mm 0,7 X 38 mm;
- Gauge 20 x 3 "1/ 2 Misura mm 0,9 X 38 mm;