

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FORNITURA

Si richiede per l'U.O.S. D Laboratorio di Genetica l'acquisto di **DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI in VITRO n.10.000 pz "BASI NUCLEOTIDICHE PER LA SINTESI DI OLIGO DNA"**

CARATTERISTICHE PER FABBISOGNO ANNUALE:

N°10.000 basi nucleotidiche per la sintesi di primers (breve sequenza di nucleotidi associata a un filamento bersaglio di DNA o RNA utilizzati per dare inizio alla catena di DNA) personalizzati, **di cui N.100** basi con marcatura FAM/HEX/TET all'estremità 5'.

C.N.D. W0106.

I Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro consentono la preparazione di primers personalizzati necessari per la conferma di tutte le varianti puntiformi e le piccole delezioni/inserzioni nucleotidiche individuate nella metodica NGS).

I Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro, di cui **N.100** basi con marcatura FAM/HEX/TET all'estremità 5', sono richiesti con le seguenti caratteristiche minime:

- Forma Lipofila;
- Resa tipica finale di 50D/0,05 micromolare;
- Liofilizzati e purificati per PCR;
- Sintetizzati e personalizzati sulla base delle richieste di laboratorio

N.B

Nell'allegato offerta economica analitica, il concorrente dovrà dettagliare il prezzo unitario nonché il complessivo offerto per i dispositivi di cui sopra.

- ✓ **9.900** basi nucleotidiche per la sintesi di primers (breve sequenza di nucleotidi associata a un filamento bersaglio di DNA o RNA utilizzati per dare inizio alla catena di DNA) personalizzati
- ✓ **100** basi con marcatura FAM/HEX/TET